

Observaciones generales

(General observations)

- Es responsabilidad del usuario la correcta utilización del equipo. El tiempo de validez de los resultados informados en este documento se basa en las características técnicas de los instrumentos de medición y las buenas prácticas de uso de los mismos.
(It is the responsibility of the user to use the equipment correctly. The validity of the results reported in this document is based on the technical characteristics of the measuring instruments and the good use and practices.)

- Los resultados de la calibración son válidos para el usuario.
(The results of the calibration are valid for the user.)

- Los resultados y niveles de incertidumbre expresados en esta calibración corresponden al instrumento de medición en la figura 1.
(The results and levels of uncertainty expressed in this calibration correspond to the measuring instrument in figure 1.)

- Los resultados se presentan en este documento en unidades de medida patrón.
(The results are presented in this document in units of measure.)

- La incertidumbre expresada en esta calibración es de $k=2$, que asegura un nivel de confianza del 95%.
(The uncertainty expressed in this calibration is $k=2$, which ensures a confidence level of 95%.)

- La incertidumbre medida se estima de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 para la expresión de la incertidumbre en las mediciones.
(The uncertainty measured is estimated according to the ISO 9001:2015 standard for the expression of uncertainty in measurements.)

Descripción del método

(Description of the method)

- La calibración se realiza en el laboratorio de calibración de la empresa.
(The calibration is performed in the calibration laboratory of the company.)

- La repetibilidad se determina utilizando el método de los tres ensayos seleccionados.
(The repeatability is determined using the method of three selected tests.)

- En las mediciones digitales se determinan los resultados de las mediciones en 10 divisiones y en el caso de los instrumentos analógicos en 10 mediciones a 10 divisiones.
(In digital measurements, the results of the measurements are determined in 10 divisions and in the case of analog instruments in 10 measurements at 10 divisions.)

- El equipo se calibra en sistema de unidades de medida internacional (Sistema Internacional de Unidades).
(The equipment is calibrated in the International System of Units (SI).)

- El equipo se calibra en sistema de unidades de medida internacional (Sistema Internacional de Unidades).
(The equipment is calibrated in the International System of Units (SI).)

