

Observaciones generales
(General observations)

-Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de calibración del equipo. El tiempo y validez de los resultados en este documento depende de las características del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.
(It is the responsibility of the user to establish the date of his equipment calibration. The time and validity of the results in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care.)

-El uso de los resultados de la calibración que da consideración al usuario.
(The use of calibration results is the responsibility of the user.)

-Los resultados y niveles de incertidumbre de la calibración expresados en este instrumento se refieren a la hoja 1.
(The results and levels of uncertainty of the calibration of the equipment expressed in this instrument refer to the first page.)

-Los resultados que se presentan en este certificado están en unidades de patrones nacionales.
(The results presented in this certificate are in national units.)

-La incertidumbre expresada se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de aproximadamente 95%.
(The expanded uncertainty is expressed with a coverage factor of $k=2$, which ensures a confidence level of approximately 95%.)

-La incertidumbre de medida se estima de acuerdo a la NMX-CC-002 "Guía para la expresión de la incertidumbre de medición".
(The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CC-002 "Guide for the expression of uncertainty in measurement".)

Descripción del método
(Description of method)

-El valor medido se obtiene de un promedio de 5 mediciones sucesivas para cada punto.
(The measured value is obtained from an average of 5 successive measurements for each point.)

-El error de indicación se obtiene de la diferencia entre el resultado y el valor de la longitud.
(The indication error is obtained from the difference between the measurement result and the length value.)

-Para la determinación de los errores de indicación se establecieron aproximadamente 10 puntos que abarcan el intervalo de medición del BQ, están lo más uniformemente distribuidos posible.
(For the determination of indication errors, approximately 10 points were established that cover the measurement range of the BQ, they are as evenly distributed as possible.)

-Cuando el equipo se calibra en sistema inglés toma como referencia: 1 pulgada = 1 in (simbolo) = (1 in) (indicación).
(When the equipment is calibrated in the English system, it takes as a reference: 1 inch = 1 in (symbol) = 1 in (indication).)

-Cuando el equipo se calibra en sistema métrico toma como referencia: 1 pulgada = 25.4 mm.
(When the equipment is calibrated in the metric system, it takes as a reference: 1 inch = 25.4 mm.)

-La calibración se realiza en referencia a la estándar 002-MEX-004 Instrumentos de medición dimensional de precisión tipo vernier y medidores de profundidad JB 7500/6 Vernier, digital e análogos.
(Calibration is performed in reference to the standard 002-MEX-004 Dimensional measuring instruments of precision type vernier and depth gauges / JB 7500/6 Vernier, digital and analog.)

