

Observaciones generales
(General observations)

-Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del equipo. El tiempo y validez de los resultados en este documento depende de las características del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso.
(It is the responsibility of the user to establish the suitability of the equipment. The time and validity of the results in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and practice)

-El uso de los resultados de la calibración que da consideración al usuario.
(The use of calibration results is the responsibility of the user)

-Los resultados y niveles de incertidumbre de la calibración corresponden exclusivamente al instrumento o sea a la hoja 1.
(The results and levels of uncertainty of the calibration correspond exclusively to the instrument or to the sheet 1)

-Los resultados que se presentan en este certificado están referidos a patrones nacionales.
(The results presented in this certificate are referred to national standards)

-La incertidumbre expresada se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de aproximadamente 95%.
(The expanded uncertainty is expressed with a coverage factor of $k=2$, which ensures a confidence level of approximately 95%).

-La incertidumbre de medida se estimó según la NMX-CH-40-IM-NC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en mediciones".
(The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-40-IM-NC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in measurements")

Descripción del método
(Description of method)

-El valor medido se obtiene de un promedio de 5 mediciones consecutivas para cada punto.
(The measured value is obtained from an average of 5 consecutive measurements for each point)

-El error de indicación se obtiene de la diferencia entre el promedio y el valor de la longitud.
(The indication error is obtained from the difference between the average and the length value)

-Para la determinación de los errores de indicación se realizó un promedio de 10 puntos que cubren el intervalo de medición. El BC y estándar más uniformemente distribuido.
(For the determination of indication errors, an average of 10 points was taken covering the measurement interval. The BC and most uniformly distributed standard)

-El nivel de calibración se realiza en sistema inglés con una referencia de 1 pulgada = 1 in (simbólico) = 1 in (definición).
(The calibration level is performed in the English system with a reference of 1 inch = 1 in (symbol) = 1 in (definition))

-El nivel de calibración se realiza en sistema inglés con una referencia de conversión 1 pulgada = 25.4 mm.
(The calibration level is performed in the English system with a reference conversion of 1 inch = 25.4 mm)

-La calibración se realiza en referencia a la estándar 002-004 Instrumentos de medición dimensional de precisión tipo vernier y medidores de profundidad / JB B 7507.16 Vernier, dial digital millipers.
(Calibration is performed in reference to the standard 002-004 Dimensional measuring instruments of precision type vernier gauges / JB B 7507.16 Vernier, digital millipers)

