Observaciones generales
(General observations)

-Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de calibración del equipo. El tiempo y validez de los resultados emitidos en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.
(It is the responsibility of the user to set the calibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices)

-El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
(The use of calibration results is the responsibility of the user)

-Los resultados y niveles de incertidumbres de la cartas de tiempo de esta calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
(The results and the levels of uncertainties determined in this calibration of the letters correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration)

-Los resultados que se presentan en este certificado están trazables a patrones nacionales.
(The results presented in this certificate have traceability to national standards)

-La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de k=2, que asegura un nivel de confianza de aproximadamente 95 %.
(The expanded uncertainty is expressed with a coverage factor of k = 2, which ensures a confidence level of approximately 95%).

-La incertidumbre de medición fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en mediciones".
(The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurement")

Descripción del método:
(Description of method)

-El valor medido se obtiene de un promedio de 5 mediciones realizadas para cada punto.
(The measurement value is obtained from an average of 5 measurements performed for each point)

-El error de indicación se obtiene de la diferencia entre el valor medido y el valor de la longitud.
(The indication error is obtained from the difference between the measurement value and the length value)

-Para la determinación de los errores de indicación se usaron aproximadamente 10 puntos que cubran todo el intervalo de medición del IBC y estén lo más uniformemente distribuidos posible.
(For the determination of indication errors, were used approximately 10 points that cover the entire IBC measurement range and are as evenly distributed as possible)

-Cuando el equipo se calibra en sistema inglés toma en cuenta las siguientes referencias: 1 pulgada = 1 in (símbolo) = (traducción).
(When the equipment is calibrated in the English system it takes into account the following references: 1 inch = in (symbol) = 1 inches (translation))

-Cuando el equipo se calibra en sistema inglés toma en cuenta el siguiente factor de conversión 1 pulgada = 25.4 mm.
(When the equipment is calibrated in the English system it takes into account the following conversion factor 1 in = 25.4 mm)

-Calibración realizada en referencia al estándar NMX-CH-002-IMNC-2004 Instrumentos de medición dimensional - Calibradores tipo vernier y medidores de profundidad / JIS B 7507:2016 Vernier, dial digital calliipers.
(Calibration in reference to the standard NMX-CH-002-IMNC-2004 Dimensional measuring instruments - Caliper type gauges / JIS B 7507: 2016 Vernier, dial digital calliipers)