

Observaciones generales (General observations)

-Es responsabilidad del usuario establecer la calibración del equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo y de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.

(It is the responsibility of the user to establish the calibration of the equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment; the operating conditions and good use and care practices)

-El uso de los resultados de la calibración que considera el usuario.

(The use of calibration results is the responsibility of the user)

-Los resultados y niveles de incertidumbres de la calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.

(The results and levels of uncertainty of the calibration correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration)

-Los resultados que se presentan en este documento tienen trazabilidad a patrones nacionales.

(The results presented in this document have traceability to national standards)

-La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

(The expanded uncertainty is expressed with a coverage factor of $k=2$, which ensures a confidence level of approximately 95%).

-La incertidumbre de medida fue estimada según MX-CH-140-IMN G2002 "Guía para la expresión de incertidumbres en las mediciones".

(The uncertainty of the measurement was estimated according to the MX-CH-140-IMN G2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurement")

Descripción del método (Description of method)

-El valor actual se obtiene de un promedio de mediciones realizadas para cada punto.

(The current value is obtained from an average of measurements performed for each point)

-El error de indicación se obtiene de la diferencia entre el valor actual y el valor de la longitud.

(The indication error is obtained from the difference between the current value and the length value)

-El método de mediciones la medición directa a los bloques patrón o al pilaamiento de estos en bloques BSC.

(The measurement method is the direct measurement of the standard blocks or stacking of these using BSC)

-La fuerza de medición se obtiene del promedio de mediciones realizadas.

(The measurement force is obtained from the average of measurement readings)

-La planicidad sólo se revisa cuando las puntas se usan, para ello se emplea una planóptica que se presiona ligeramente sobre cada una de las superficies de medición hasta lograr la menor cantidad de franjas o bandas de interferencia.

(The flatness is only checked when the tips are used for its purpose; an optical planer is used, lightly pressing on each of the measuring surfaces until the least amount of interference bands or bands is achieved)

-El paralelismo se obtiene colocando un bloque patrón en 4 posiciones diferentes y se toman 4 lecturas. El paralelismo es la mayor diferencia entre las 4 lecturas. Esta comprobación se realiza para cada una de las varillas de medición.

(The parallelism is obtained by placing a standard block in 4 different positions and taking 4 readings. Parallelism is the biggest difference between the 4 readings. This check is performed for each of the measuring rods)

-Cuando el equipo se calibra en sistema inglés se toman en cuenta las siguientes referencias: 1 pulgada (símbolo) = 1 inches (traducción).

(When the equipment is calibrated in the English system, the following references are taken into account: 1 inch = 1 in (symbol) = 1 inches (translation))

-Cuando el equipo se calibra en sistema inglés se toman en cuenta el siguiente factor de conversión: 1 pulgada = 25.4 mm.

(When the equipment is calibrated in the English system, the following conversion factor is taken into account: 1 inch = 25.4 mm)

-La calibración se realiza en referencia a la norma MX-CH-99-IMN G2005 Especificaciones geométricas de producto-Micrómetros para medición de exteriores/JSB 7502-2016 Micrometer Callipers (Calibration is performed in reference to the standard MX-CH-99-IMN G2005 - Geometric specifications of product-Micrometer callipers for external measurement/JSB 7502-2016 Micrometer Callipers)