

Datos de referencia (Reference data):

Fecha de recepción: 2025-03-24 **Fecha de calibración:** 2025-03-24 **Fecha de emisión:** 2025-03-27 **Fecha de próxima calibración:** -----
(Reception date) (Calibration date) (Date issued) (Next calibration date)
Lugar de calibración: En sitio, instalaciones del cliente
(Calibration place)

Datos del cliente (Customer data):

Nombre: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ELECTROQUÍMICA, S.C. **Nombre del usuario:** Daniel Cervantes Torres
(Name) (User name)
Dirección: S/R S/N, Parque Tecnológico Querétaro - Sanfandila, Pedro Escobedo, Querétaro **Correo electrónico:** comprador2@cideteq.mx
(Address) (C.P.76703) (Email)

Datos del ítem (Item description):

Ítem: Durómetro Vickers **Sistema de medición:**
(Item) (Measurement system)
Marca: Wilson **Tipo de indicación:** Digital
(Brand) (Indication type)
Modelo: VH-1102 No aplica
(Model)
Serie: VH1102-10-250358
(Serial)
Identificación: MMA159
(Id)

Método (Method):

MESS-DU-PRO-003

Procedimiento de calibración de medidores de dureza Vickers y Knoop
(Procedure for calibration of Vickers and Knoop hardness testers)

Método: Indirecto por penetración según la norma ISO 6507-2: vigente.
(Method) (Indirect by penetration according to ISO 6507-2: in force)

Condiciones ambientales:

(Environmental conditions)

Temperatura mínima: 18.2 °C
(Minimum temperature)
Temperatura máxima: 19.5 °C
(Maximum temperature)
Humedad relativa: 41.5%
(Relative humidity)

Trazabilidad metrológica (Metrological traceability):

Descripción (Description)	Serie (Serial)	Certificado/Calibrado por (Certificate/calibrated by)	Identificación (ID)	INM (NMI)
Patrón de dureza 648 HV 0.1/646 HV 0.2/639 HV 0.3/624 HV 0.5	23180	23180 Buehler, A Division of Illinois Tool Works ,Inc. (Wilson)	MESS-P-HV-011	NIST
Patrón de dureza 488 HV 0.1/490 HV 0.2/474 HV 0.3/492 HV 0.5	23179	23179 Buehler, A Division of Illinois Tool Works ,Inc. (Wilson)	MESS-P-HV-012	NIST
Patrón de dureza 253 HV 0.1/250 HV 0.2/ 251 HV 0.3/249 HV 0.5	23203	23203 Buehler, A Division of Illinois Tool Works ,Inc. (Wilson)	MESS-P-HV-010	NIST

Firmas (Signatures):

Calibró:
(Calibrated by)

Juan Gregorio García Baeza
Ingeniero de servicio
(Service Engineer)

Aprobó:
(Approved by)

Fabian Meléndez Acevedo
Signatario
(Signatory)

Formato y revisión:
(Format / review)

MESS-DU-FOR-009
Rev.: 3

El presente certificado ha sido emitido por Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. laboratorio acreditado por ema que es signataria del Arreglo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y de la cooperación de Asia Pacífico para la Acreditación de Laboratorios, APLAC. El (los) resultado (s) de la calibración declarado (s) en este certificado de calibración puede (n) ser aceptado (s) internacionalmente a través del MRA ILAC/APLAC.

(This calibration certificate has been issued by Mess Servicios Metrologicos S. de R.L. de C.V. laboratory accredited by ema that is a signatory of the Mutual Recognition Agreement (MRA) of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and of the Asia Pacific cooperation for the accreditation of Laboratories (APLAC). The result (s) of the calibration declared in this calibration certificate can be accepted internationally through the MRA ILAC / APLAC).

Los resultados de este certificado tienen validez, dentro de las condiciones ambientales encontradas durante el proceso de calibración y únicamente en su forma íntegra y original. Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento a personal no autorizado por Mess.

(The results of this report are valid, within the conditions found in the calibration process and in its complete and original form).
(The partial or total reproduction of this document is prohibited, without the approval of Mess).

Los resultados y niveles de incertidumbres declaradas en este certificado corresponden exclusivamente al ítem descrito.
(The results and the level of uncertainties declared in this report correspond exclusively to the item described at the moment of calibration.)

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación DZA-33 a partir del 2021-07-21.
En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente.
"Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by ema with accreditation number DZA-33 as of 2021-07-21.
In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid.
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)
"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

