

Datos de referencia (Reference data):

Fecha de recepción: 2025-03-11 **Fecha de calibración:** 2025-03-11 **Fecha de emisión:** 2025-03-19 **Fecha de próxima calibración:** 2026-03-11
(Reception date) (Calibration date) (Date issued) (Next calibration date)
Lugar de calibración: En sitio, instalaciones del cliente
(Calibration place)

Datos del cliente (Customer data):

Nombre: LITE-ON AUTOMOTIVE ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V. **Nombre del usuario:** Oscar Robledo
(Name) (User name)
Dirección: Av. Paseo del Valle No. 5200, San Juan de Ocotan, Zapopan, Jalisco C.P.45019 **Correo electrónico:** oscar.robledo@liteon.com
(Address) (Email)

Datos del ítem (Item description):

Item: Medidor de tensión o corriente eléctrica
(Item)
Marca: ADTEK **Identificación:** ME-C-327 **Usuario:** Sin referencia
(Id) (User)
Modelo: CS1-VA-DVO-8-ADH **Resolución:** Se indica a partir de hoja dos
(Resolution)
Serie: 2205-20181228001-00016 **Intervalo de medida:** Se indica a partir de hoja dos
(Serial) (Range)

Método (Method):

MESS-EL-PRO-005 Procedimiento de calibración de Medidores de Intensidad de Corriente Eléctrica.

Metodo: Comparación directa con patrones.
(Method)

Condiciones ambientales:
(Environmental conditions)

Temperatura mínima: 22.1°C
(Minimum temperature)
Temperatura máxima: 23°C
(Maximum temperature)
Humedad relativa: 20.6%
(Relative humidity)

Trazabilidad metrológica (Metrological traceability):

Descripción (Description)	Serie (Serial)	Certificado/Vigencia/Calibrado por (Certificate/Validity/calibrated by)	Identificación (ID)	INM (NMI)
Calibrador de Multi Productos	V02015A24	AC-30338 2025-06 / Transmille LTD	MESS-P-CMP-04	NPL
Multímetro 6 1/2 dígitos	4233008	MESS-CC-ELP-0896/2024 2025-08 / MESS	MESS-P-MUL-05	

Firmas (Signatures):

Calibró:
(Calibrated by)
Pedro Luis Velázquez Vidal
Ingeniero de servicio
(Service Engineer)

Aprobó:
(Approved by)
Adrian de Jesus Castruita Romero
Signatario
(Signatory)

Formato y revisión:
(Format / review)

MESS-EL-FOR-004
Rev.: 5

El presente certificado ha sido emitido por Mess Servicios Metrologicos S. de R.L. de C.V. laboratorio acreditado por Perry Johnson Laboratory Accreditation(PJLA) que es signataria del Arreglo de Reconocimiento Mutuo (MRA)de la cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y de la cooperación de Asia Pacífico para la Acreditación de Laboratorios, APLAC. El (los) resultado(s) de la calibración declarado(s) en este certificado de calibración puede(n) ser aceptado(s) internacionalmente a través del MRA ILAC/APLAC.
(This calibration certificate has been issued by Mess Servicios Metrologicos S. de R.L. de C.V. laboratory accredited by Perry Johnson Laboratory Accreditation(PJLA) that is a signatory of the Mutual Recognition Agreement (MRA)of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and of the Asia Pacific cooperation for the accreditation of Laboratories (APLAC). The result(s) of the calibration declared in this calibration certificate can be accepted internationally through the MRA ILAC / APLAC.)

Los resultados de este certificado tienen validez, dentro de las condiciones ambientales encontradas durante el proceso de calibración y únicamente en su forma íntegra y original. Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento a personal no autorizado por Mess.
(The results of this certificate are valid, within the conditions found in the calibration process and in its complete and original form. The partial or total reproduction of this document is prohibited, without the approval of Mess.)

Los resultados y niveles de incertidumbres declaradas en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito.
(The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of calibration.)

Mess Servicios Metrologicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro
Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLOGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)

