

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
(CALIBRATION CERTIFICATE)

MESS-CC-TET-0007/2025
No. de certificado (Certificate Number):

Página 1 de 3
(Page)

Datos de referencia (Reference data):

Fecha de recepción: 2025-03-11 **Fecha de calibración:** 2025-03-18 **Fecha de emisión:** 2025-03-18 **Fecha de próxima calibración:** -----
(Reception date) (Calibration date) (Date issued) (Next calibration date)
Lugar de la calibración: Lab. Mess Servicios Metroológicos S. de R.L. de C.V. Querétaro
(Calibration place)

Datos del cliente (Customer data):

Nombre: SCHAEFFLER MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. **Nombre del usuario:** Ing. Daniel Sandoval
(Name) (User name)
Dirección: AV. RIO SAN LORENZO 888, SN, PARQUE TECNO INDUSTRIAL CASTRO DEL RIO, **Correo electrónico:** sandodni@schaeffler.com
(Address) IRAPUATO, Guanajuato C.P.36814 (Email)

Datos del ítem (Item description):

Ítem: Termómetro de líquido en vidrio Por trazabilidad **Identificación:** 91968732
(Item) (ID)
Marca: Brannan **Resolución:** 1 °C
(Brand) (Resolution)
Modelo: Lo-tox
(Model)
Serie: Sin referencia
(Serial)

Método (Method):

MESS-TE-PRO-001 Procedimiento interno para la calibración de termómetros digitales.
(Internal procedure for the calibration of onfrared digital thermometers)

Método: Comparación directa.
(Method) (Direct comparison.)

Condiciones ambientales:
(Environmental conditions)

Temperatura mínima: 22.7°C
(Minimum temperature)
Temperatura máxima: 22.8°C
(Maximum temperature)
Humedad Relativa 33.2%
(RH)

Trazabilidad metrológica (Metrological traceability):

Descripción (Description)	Serie (Serial)	Certificado/Vigencia/Calibrado por (Certificate/Validity/calibrated by)	Identificación (ID)	INM (NMI)
Termómetro de resistencia de platino (PRT)	979231	2-23308 2025-11 / METAS	MESS-P-PRT-01	CENAM

Firmas (Signatures):

Calibro:
(Calibrated by)
María de los Ángeles Pacheco Pacheco
Ingeniero de servicio
(Service Engineer)

Aprobó:
(Approved by)
Adrian de Jesus Castruita Romero
Signatario
(Signatory)

Formato y revisión:
(Format / review)

MESS-TE-FOR-010
Rev.: 6

Los resultados de este certificado tienen validez, dentro de las condiciones ambientales encontradas durante el proceso de calibración y únicamente en su forma íntegra y original. Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento a personal no autorizado por Mess.

(The results of this certificate are valid, within the conditions found in the calibration process and in its complete and original form).
(The partial or total reproduction of this document is prohibited, without the approval of Mess).

Los resultados y niveles de incertidumbres declaradas en este informe corresponden exclusivamente al instrumento descrito.

(The results and the level of uncertainties declared in this report correspond exclusively to the instrument described at the moment of calibration.)

Mess Servicios Metroológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS

Servicio de calibración fuera del alcance acreditado.
(Calibration service out of accredited reach).

"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

