


Resultados de calibración

(Results calibration)

Incertidumbre de medida (Measurement uncertainty) mm	0.002 5
--	---------

No.	Espesor nominal (Thickness value) mm	Error de indicación (Indication error) mm
1	0.024 0	-0.000 1
2	0.053 0	-0.000 1
3	0.078 0	-0.002 6
4	0.128 0	-0.003 0
5	0.257 0	-0.002 2
6	0.505 0	0.004 9
7	1.024 0	-0.002 9
8	1.514 0	-0.007 5



Condiciones del instrumento:

(Instrument conditions)

La calibración se realizó sobre un sustrato ferroso.

Requerimientos del cliente:

(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Av. Juárez No. 7751 Int. C, Micro Parque Industrial M57, San Luis Potosí, SLP. C.P. 78395 Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:
oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

