



Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición:	OUT	Resol. IBC:	0.01
Patron:	NI USB-4065	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	40	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	40	40.03	40.03	40.03	40.03	40.03	-0.03	2.00	0.0076




Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición:	OUT	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Fluke 80K-6	Intervalo:	Desde:	100	Hasta:	4400	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	100	99.97	99.97	99.97	99.97	99.97	0.0	2.00	12
2	1000	999.31	999.31	999.31	999.31	999.31	0.7	2.00	20
3	1500	1499.30	1499.30	1499.30	1499.30	1499.30	0.7	2.00	30
4	2250	2251.60	2251.60	2251.60	2251.60	2251.60	-1.6	2.00	45
5	4400	4402.90	4402.90	4402.90	4402.90	4402.90	-2.9	2.00	88



Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	mV	Medición:	OUT	Resol. IBC:	1
Patron:	NI USB-4065	Intervalo:	Desde:	90	Hasta:	900	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	90	90	90	90	90	90	0.5	2.00	0.58
2	225	230	230	230	230	230	-4.8	2.00	0.58
3	900	901	901	901	901	901	-1.0	2.00	0.59



Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición:	OUT	Resol. IBC:	0.01
Patron:	NI USB-4065	Intervalo:	Desde:	2.25	Hasta:	40	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.003	2.00	0.0058
2	9	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	-0.004	2.00	0.0058
3	40	40.03	40.03	40.03	40.03	40.03	-0.032	2.00	0.0076



Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".


(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)




"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición:	OUT	Resol. IBC:	0.01
Patron:	NI USB-4065	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	100	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	10	10.01	10.01	10.01	10.01	10.01	-0.01	2.00	0.016
2	100	100.17	100.17	100.16	100.16	100.16	-0.16	2.00	0.12




Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición:	OUT	Resol. IBC:	0.01
Patron:	NI USB-4065	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	3	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.0061
2	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	2.00	0.010



Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	mA	Medición:	OUT	Resol. IBC:	0.01
Patron:	NI USB-4065	Intervalo:	Desde:	0.9	Hasta:	90	Freq (Hz):	0	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	0.9	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	2.00	0.0059
2	9	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	-0.01	2.00	0.015
3	90	90.15	90.15	90.15	90.15	90.15	-0.15	2.00	0.11



Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición:	OUT	Resol. IBC:	0.01
Patron:	Fluke 80K-6	Intervalo:	Desde:	750	Hasta:	3200	Freq (Hz):	60	
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón					Error	k (95%)	U (95%)
		1	2	3	4	5			
1	100	99.74	99.74	99.74	99.74	99.74	0.26	2.00	12
2	750	748.20	748.30	748.30	748.30	748.30	1.72	2.00	15
3	1060	1057.80	1057.80	1057.80	1057.80	1057.80	2.20	2.00	21
4	1500	1497.20	1497.20	1497.20	1497.20	1497.20	2.80	2.00	30
4	3200	3194.00	3194.00	3194.00	3194.00	3194.00	6.00	2.00	64



Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)



"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Observaciones generales

- o Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.
It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices..
- o El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
The use of calibration results is the responsibility of the user.
- o Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.
- o Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
The results that appear in this certificate have traceability to national standards.
- o La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura correspondiente, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.
The expanded uncertainty is expressed by a corresponding coverage factor, which assures the confidence level of less than about 95%.
- o La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"
- o El método empleado en este servicio de calibración se realiza tomando un total de cinco lecturas al instrumento bajo calibración (IBC), de este conjunto se obtiene la media aritmética, tomándose este valor como el valor medido del IBC en el cálculo del error de medición del instrumento.
o Applied method for this calibration service was taking five measurements with the Device Under Calibration (DUC), with these measurements the arithmetic mean its obtained, this value was taking as DUC value measurement for the measurement error calculation.
- o La calibración del instrumento descrito en la carátula de este documento, fue realizada con cables propiedad de MESS.
- o Device under calibration described in page 1 of this document, was development with MESS connection wires.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)

