



Resultados de la calibración
(Calibration results)

Número de serie (Serial number)	Valor nominal (Nominal value)	Error de longitud central (Central length error)	Incertidumbre de medida para longitud central (Measurement uncertainty for central length)	Variación de la longitud (Length variation)	Incertidumbre de medida para variación de la longitud (Measurement uncertainty for length variation)
	mm	µm	µm	µm	µm
175959	1.00000	0.107	0.047	0.040	0.038
178009	1.00500	-0.003	0.047	0.040	0.038
177304	1.01000	0.057	0.047	0.080	0.038
1777701	1.02000	0.087	0.047	0.070	0.038
177930	1.03000	0.117	0.047	0.090	0.038
177859	1.04000	0.097	0.047	0.050	0.038
177739	1.05000	0.107	0.047	0.070	0.038
176728	1.06000	0.097	0.047	0.050	0.038
177361	1.07000	0.087	0.047	0.050	0.038
177137	1.08000	0.087	0.047	0.060	0.038
177189	1.09000	0.097	0.047	0.010	0.038
177892	1.10000	0.077	0.047	0.070	0.038
176628	1.11000	0.087	0.047	0.080	0.038
176660	1.12000	0.107	0.047	0.020	0.038
176689	1.13000	0.087	0.047	0.010	0.038
176565	1.14000	0.087	0.047	0.010	0.038
176833	1.15000	0.097	0.047	0.030	0.038
176545	1.16000	0.097	0.047	0.030	0.038
175690	1.17000	0.097	0.047	0.080	0.038
176604	1.18000	0.047	0.047	0.050	0.038
176696	1.19000	0.037	0.047	0.070	0.038
178100	1.20000	0.077	0.047	0.030	0.038
176987	1.30000	0.107	0.047	0.100	0.038
175192	1.40000	0.097	0.047	0.040	0.038
172732	1.50000	0.057	0.047	0.060	0.038
173601	1.60000	0.067	0.047	0.050	0.038
173533	1.70000	-0.023	0.047	0.080	0.038
173634	1.80000	-0.011	0.047	0.080	0.038
172536	1.90000	0.039	0.047	0.060	0.038
173857	2.00000	0.079	0.047	0.060	0.038
173519	3.00000	0.079	0.047	0.060	0.038
172529	4.00000	0.036	0.047	0.050	0.038
173605	5.00000	0.016	0.047	0.060	0.038

Número de serie (Serial number)	Valor nominal (Nominal value)	Error de longitud central (Central length error)	Incertidumbre de medida para longitud central (Measurement uncertainty for central length)	Variación de la longitud (Length variation)	Incertidumbre de medida para variación de la longitud (Measurement uncertainty for length variation)
	mm	µm	µm	µm	µm
172245	6.0000	0.006	0.047	0.080	0.038
172758	7.0000	0.115	0.047	0.040	0.038
173182	8.0000	0.075	0.047	0.050	0.038
172595	9.0000	0.079	0.047	0.030	0.038
175571	10.0000	0.109	0.047	0.080	0.038
174485	20.0000	-0.049	0.071	0.060	0.038
171826	30.0000	0.096	0.094	0.090	0.042
171104	40.0000	0.033	0.094	0.070	0.042
172504	50.0000	0.058	0.094	0.060	0.042
170863	60.0000	0.08	0.12	0.060	0.042
170350	70.0000	0.06	0.12	0.070	0.042
170231	80.0000	0.08	0.14	0.090	0.047
170098	90.0000	0.16	0.14	0.070	0.047
171999	100.0000	0.08	0.14	0.060	0.047

Mess Servicios Metroológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. C.P. 76120. Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:

oscar@mess.com.mx

marypaz.cruz@mess.com.mx

calidad@mess.com.mx



Condiciones del instrumento:

(Instrument conditions)

Los bloques presentan rayones en zona de medición .

Requerimientos del cliente:

(Customer requirements)

A prescripción del cliente, se documenta y aplica la frecuencia de calibración.

Observaciones generales

(General observations)

- Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración del equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas practicas de uso y cuidado.

(It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices)

- El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.

(The use of calibration results is the responsibility of the user)

- Los resultados y niveles de incertidumbres declarados en este certificado de calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.

(The results and the level lo uncertainties declared in this calibration of certificate correspond exclusively to the instrument described at the momento of the calibration)

- Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.

(The results presented in this certificate have traceability to national standards)

- La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de aproximadamente 95 %.

(The expanded uncertainty is expressed with a coverage factor of $k = 2$, which ensures a confidence level of approximately 95%).

- La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".

(The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX- CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements")

Descripción del método:

(Description of method)

- La calibración consiste en la medición diferencial por comparación directa de los bloques patrones con los bloques a calibrar, empleando un comparador vertical electromecánico de doble palpador.

(Calibration consists of the differential measurement by direct comparison of the standard blocks with the blocks to be calibrated, using a double-probe electromechanical vertical comparator)

- El error de longitud central se obtiene del resultado de la comparación del bloque de referencia contra el que se desea calibrar.

(The central length error is obtained from the result of the comparison of the reference block against which it is desired to calibrate)

- La variación de la longitud es la máxima diferencia entre 2 mediciones sobre el IBC en corto intervalo de tiempo.

(The length variation is the maximum difference between 2 measurements on the IBC in a short time interval)

- Cuando el equipo se calibra en sistema inglés tomar en cuenta las siguientes referencias: 1 pulgada = 1 in (símbolo)= 1 inches (traducción).

(When the equipment is calibrated in the English system, take into account the following references: 1 inch = 1 in (symbol) = 1 inches (translation)

- Cuando el equipo se calibra en sistema inglés tomar en cuenta el siguiente factor de conversión 1 pulgada = 25.4 mm.

(When the equipment is calibrated in the English system, take into account the following conversion factor 1 inch = 25.4 mm)

- Calibración realizada en referencia al estándar: NMX-EC-3650-IMNC-2004 Especificaciones geométricas de producto - Patrones de longitud - Bloques patrón / ASME B89.1.9-2002 "Gage blocks".

(Calibration in reference to the standard NMX-EC-3650-IMNC-2004 Geometrical Product Specification - Length Standards - Gauge Block / ASME B89.1.9-2002 "Gage blocks")

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. C.P. 76120. Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:

oscar@mess.com.mx

marypaz.cruz@mess.com.mx

calidad@mess.com.mx

