



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CALIBRATION CERTIFICATE)

No. de certificado:
(Certificate number)

MESS-CC-LCE-1263/2025

Página:
(Page)

Página 2 de 3

Resultados de la calibración (Calibration results)

Número de serie (Serial number)	Valor nominal (Nominal value)	Error de longitud central (Central length error)	Incertidumbre de medida para longitud central (Measurement uncertainty for central length)	Variación de la longitud (Length variation)	Incertidumbre de medida para variación de la longitud (Measurement uncertainty for length variation)
	mm	µm	µm	µm	µm
11047	0.50	-0.074	0.044	0.070	0.030
110642	1.001	0.026	0.038	0.070	0.030
110570	1.00	0.016	0.038	0.060	0.030
110130	1.002	0.046	0.038	0.040	0.030
110208	1.003	0.036	0.038	0.060	0.030
110734	1.004	0.036	0.038	0.070	0.030
110362	1.005	0.086	0.038	0.050	0.030
110539	1.006	0.046	0.039	0.080	0.030
110007	1.007	0.036	0.039	0.020	0.030
110645	1.008	0.056	0.038	0.030	0.030
110044	1.009	0.056	0.038	0.060	0.030
110869	1.01	0.066	0.038	0.060	0.030
110766	1.05	0.006	0.038	0.040	0.030
110350	1.08	0.066	0.036	0.080	0.030
110291	1.10	0.076	0.036	0.060	0.030
110328	1.15	-0.034	0.036	0.050	0.030
110216	1.17	0.026	0.036	0.040	0.030
110509	1.20	0.066	0.036	0.080	0.030
110743	1.22	0.066	0.036	0.010	0.030
110700	1.25	0.016	0.035	0.060	0.030
110565	1.30	0.016	0.035	0.030	0.030
110236	1.35	-0.014	0.035	0.080	0.030
110777	1.39	0.066	0.034	0.050	0.030
110214	1.45	0.036	0.034	0.080	0.030
110753	1.49	0.026	0.034	0.060	0.030
110010	1.50	0.046	0.034	0.080	0.030
110656	2.00	0.016	0.032	0.080	0.030
110713	3.00	0.066	0.033	0.060	0.030
110406	4.50	0.036	0.044	0.060	0.030
11046	5.00	0.046	0.050	0.060	0.030
112492	6.00	0.052	0.045	0.070	0.030
112385	7.00	0.072	0.042	0.070	0.030
112533	8.00	0.042	0.041	0.040	0.030

Número de serie (Serial number)	Valor nominal (Nominal value)	Error de longitud central (Central length error)	Incertidumbre de medida para longitud central (Measurement uncertainty for central length)	Variación de la longitud (Length variation)	Incertidumbre de medida para variación de la longitud (Measurement uncertainty for length variation)
	mm	µm	µm	µm	µm
112506	9.00	0.072	0.046	0.050	0.030
115070	10.00	0.062	0.054	0.050	0.030
110990	11.00	-0.050	0.061	0.050	0.030
111063	12.00	0.060	0.055	0.020	0.030
111067	13.00	0.050	0.052	0.080	0.030
110955	14.00	0.020	0.052	0.040	0.030
112063	15.00	0.090	0.055	0.060	0.030
110976	16.00	0.090	0.061	0.070	0.030
111050	17.00	0.060	0.066	0.030	0.030
110947	18.00	0.070	0.073	0.030	0.030
110988	19.00	-0.101	0.078	0.090	0.030
114342	20.00	0.019	0.077	0.050	0.030
111067	21.00	0.069	0.078	0.090	0.030
111100	22.00	-0.001	0.079	0.090	0.030
110914	23.50	0.039	0.082	0.070	0.030
111106	24.00	0.039	0.085	0.090	0.030
112431	25.00	0.029	0.091	0.090	0.030
112726	50.00	0.07	0.16	0.030	0.030
110214	75.00	0.10	0.24	0.050	0.030
112303	100.00	-0.01	0.31	0.040	0.031

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. C.P. 76120. Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:

oscar@mess.com.mx

marypaz.cruz@mess.com.mx

calidad@mess.com.mx



ema
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
ACREDITADO D-97

Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir de 2010-08-18. En cumplimiento con la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente. "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración". (Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18. In compliance with ISO / IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").

"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento a los estándares".

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Condiciones del instrumento:

(Instrument conditions)

Los bloques presentan rayones en la superficie de medición.

Requerimientos del cliente:

(Customer requirements)

Sin comentarios.

Observaciones generales

(General observations)

- Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración del equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas practicas de uso y cuidado.

(It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices)

- El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.

(The use of calibration results is the responsibility of the user)

- Los resultados y niveles de incertidumbres declarados en este certificado de calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.

(The results and the level of uncertainties declared in this calibration of certificate correspond exclusively to the instrument described at the momento of the calibration)

- Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.

(The results presented in this certificate have traceability to national standards)

- La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de aproximadamente 95 %.

(The expanded uncertainty is expressed with a coverage factor of $k=2$, which ensures a confidence level of approximately 95%).

- La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".

(The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements")

Descripción del método:

(Description of method)

- La calibración consiste en la medición diferencial por comparación directa de los bloques patrones con los bloques a calibrar, empleando un comparador vertical electromecánico de doble palpador.

(Calibration consists of the differential measurement by direct comparison of the standard blocks with the blocks to be calibrated, using a double-probe electromechanical vertical comparator)

- El error de longitud central se obtiene del resultado de la comparación del bloque de referencia contra el que se desea calibrar.

(The central length error is obtained from the result of the comparison of the reference block against which it is desired to calibrate)

- La variación de la longitud es la máxima diferencia entre 2 mediciones sobre el IBC en corto intervalo de tiempo.

(The length variation is the maximum difference between 2 measurements on the IBC in a short time interval)

- Cuando el equipo se calibra en sistema inglés tomar en cuenta las siguientes referencias: 1 pulgada = 1 in (símbolo) = 1 inches (traducción).

(When the equipment is calibrated in the English system, take into account the following references: 1 inch = 1 in (symbol) = 1 inches (translation))

- Cuando el equipo se calibra en sistema inglés tomar en cuenta el siguiente factor de conversión 1 pulgada = 25.4 mm.

(When the equipment is calibrated in the English system, take into account the following conversion factor 1 inch = 25.4 mm)

- Calibración realizada en referencia al estándar: NMX-EC-3650-IMNC-2004 Especificaciones geométricas de producto - Patrones de longitud - Bloques patrón / ASME B89.1.9-2002 "Gage blocks".

(Calibration in reference to the standard NMX-EC-3650-IMNC-2004 Geometrical Product Specification - Length Standards - Gauge Block / ASME B89.1.9-2002 "Gage blocks")

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. C.P. 76120. Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:

oscar@mess.com.mx

marypaz.cruz@mess.com.mx

calidad@mess.com.mx



Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir de 2010-08-18. En cumplimiento con la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente. "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".
(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18. In compliance with ISO / IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)

"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento a los estándares".

