

**Resultados de la calibración**  
(Calibration results)

| Numero de serie<br>(serial number) | Valor nominal<br>(Nominal value) | Error de<br>longitud central<br>(Central length<br>error) | Incertidumbre<br>de medida para<br>longitud central<br>(Measurement<br>uncertainty for<br>central length) | Variación de la<br>longitud<br>(Length variation) | Incertidumbre de<br>medida para<br>variación de la<br>longitud<br>(Measurement<br>uncertainty for<br>length variation) |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | in                               | µin                                                       | µin                                                                                                       | µin                                               | µin                                                                                                                    |
| 950360                             | 0.06250                          | -0.4                                                      | 4.3                                                                                                       | 2.8                                               | 2.8                                                                                                                    |
| 950139                             | 0.10000                          | 2.4                                                       | 4.3                                                                                                       | 4.7                                               | 2.8                                                                                                                    |
| 950730                             | 0.12500                          | -5.1                                                      | 4.3                                                                                                       | 1.6                                               | 2.8                                                                                                                    |
| 950505                             | 0.20000                          | 4.7                                                       | 4.3                                                                                                       | 9.4                                               | 2.8                                                                                                                    |
| 950731                             | 0.25000                          | 5.5                                                       | 4.3                                                                                                       | 2.8                                               | 2.8                                                                                                                    |
| 951377                             | 0.30000                          | 6.3                                                       | 4.3                                                                                                       | 3.5                                               | 2.8                                                                                                                    |
| 951759                             | 0.50000                          | 1.6                                                       | 5.5                                                                                                       | 3.9                                               | 2.8                                                                                                                    |
| 953365                             | 1.00000                          | -4.7                                                      | 7.5                                                                                                       | 4.7                                               | 2.8                                                                                                                    |
| 951291                             | 2.00000                          | -2.4                                                      | 9.4                                                                                                       | 1.6                                               | 3.2                                                                                                                    |

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. C.P. 76120. Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:

[oscar@mess.com.mx](mailto:oscar@mess.com.mx)

[marypaz.cruz@mess.com.mx](mailto:marypaz.cruz@mess.com.mx)

[calidad@mess.com.mx](mailto:calidad@mess.com.mx)

"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento a los estándares".





grupo  
**mess**  
all about metrology

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (CALIBRATION CERTIFICATE)

No. de certificado: MESS-CC-LCE-1753/2025  
(Certificate number)

Página: 3 de 4  
(Page)

### Resultados de la calibración (Calibration results)

| Numero de serie<br>(serial number) | Valor nominal<br>(Nominal value) | Error de<br>longitud central<br>(Central length<br>error) | Incertidumbre<br>de medida para<br>longitud central<br>(Measurement<br>uncertainty for<br>central length) | Variación de la<br>longitud<br>(Length variation) | Incertidumbre<br>de medida para<br>variación de la<br>longitud<br>(Measurement<br>uncertainty for<br>length variation) |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | mm                               | µm                                                        | µm                                                                                                        | µm                                                | µm                                                                                                                     |
| 950360                             | 1.5875                           | -0.01                                                     | 0.11                                                                                                      | 0.070                                             | 0.071                                                                                                                  |
| 950139                             | 2.5400                           | 0.06                                                      | 0.11                                                                                                      | 0.120                                             | 0.071                                                                                                                  |
| 950730                             | 3.1750                           | -0.13                                                     | 0.11                                                                                                      | 0.040                                             | 0.071                                                                                                                  |
| 950505                             | 5.0800                           | 0.12                                                      | 0.11                                                                                                      | 0.240                                             | 0.071                                                                                                                  |
| 950731                             | 6.3500                           | 0.14                                                      | 0.11                                                                                                      | 0.070                                             | 0.071                                                                                                                  |
| 951377                             | 7.6200                           | 0.16                                                      | 0.11                                                                                                      | 0.090                                             | 0.071                                                                                                                  |
| 951759                             | 12.7000                          | 0.04                                                      | 0.14                                                                                                      | 0.100                                             | 0.071                                                                                                                  |
| 953365                             | 25.4000                          | -0.12                                                     | 0.19                                                                                                      | 0.120                                             | 0.071                                                                                                                  |
| 951291                             | 50.8000                          | -0.06                                                     | 0.24                                                                                                      | 0.040                                             | 0.082                                                                                                                  |

Mess Servicios Metroológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. C.P. 76120. Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:  
[oscar@mess.com.mx](mailto:oscar@mess.com.mx) [marypaz.cruz@mess.com.mx](mailto:marypaz.cruz@mess.com.mx) [calidad@mess.com.mx](mailto:calidad@mess.com.mx)

"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento a los estándares".

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN  
DIGITAL ORIGINAL  
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



**Condiciones del instrumento:**

(Instrument conditions)

Los bloques presentan rayones y manchas de óxido en la zona de medición.

**Requerimientos del cliente:**

(Customer requirements)

Sin comentarios.

**Observaciones generales**

(General observations)

- Es responsabilidad del usuario establecer la próxima fecha de calibración del equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.  
(It is the responsibility of the user to set the next calibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices)

- El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.  
(The use of calibration results is the responsibility of the user)

- Los resultados y niveles de incertidumbres declarados en este certificado de calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.  
(The results and the level of uncertainties declared in this calibration of certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration)

- Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.  
(The results presented in this certificate have traceability to national standards)

- La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de  $k=2$ , que asegura un nivel de aproximadamente 95 %.  
(The expanded uncertainty is expressed with a coverage factor of  $k = 2$ , which ensures a level of approximately 95%)

- La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".  
(The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements")

**Descripción del método:**

(Description of method)

- La calibración consiste en la medición diferencial por comparación directa de los bloques patrones con los bloques a calibrar, empleando un comparador vertical electromecánico de doble palpador.  
(Calibration consists of the differential measurement by direct comparison of the standard blocks with the blocks to be calibrated, using a double-probe electromechanical vertical comparator)

- El error de longitud central se obtiene del resultado de la comparación del bloque de referencia contra el que se desea calibrar.  
(The central length error is obtained from the result of the comparison of the reference block against which it is desired to calibrate)

- La variación de la longitud es la máxima diferencia entre 2 mediciones sobre el IBC en corto intervalo de tiempo.  
(The length variation is the maximum difference between 2 measurements on the IBC in a short time interval)

- Cuando el equipo se calibra en sistema inglés tomar en cuenta las siguientes referencias: 1 pulgada = 1 in (símbolo) = 1 inches (traducción).  
(When the equipment is calibrated in the English system, take into account the following references: 1 inch = 1 in (symbol) = 1 inches (translation))

- Cuando el equipo se calibra en sistema inglés tomar en cuenta el siguiente factor de conversión 1 pulgada = 25.4 mm.  
(When the equipment is calibrated in the English system, take into account the following conversion factor 1 inch = 25.4 mm)

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. C.P. 76120. Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:

[oscar@mess.com.mx](mailto:oscar@mess.com.mx)

[marypaz.cruz@mess.com.mx](mailto:marypaz.cruz@mess.com.mx)

[calidad@mess.com.mx](mailto:calidad@mess.com.mx)

"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento a los estándares".

