

Resultados de la calibración
(Calibration results)

Magnitud <i>(Magnitude)</i>		Temperatura "In" <i>(Temperature "In")</i>			Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>	
Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-20 °C a 70 °C <i>(to)</i>				
Resolución <i>(Resolution)</i>	0.1 °C					
Punto <i>(Point)</i>	Valor de referencia <i>(Reference value)</i>	Promedio IBC <i>(Average)</i>	Corrección <i>(Correction)</i>	Incertidumbre de medida <i>(Measurement uncertainty)</i>		
#	°C	°C	°C	°C		
1	15.18	15.9	0.72	0.10		
2	20.01	20.6	0.59	0.10		
3	25.02	25.7	0.68	0.10		
4	29.99	30.5	0.51	0.10		
5	35.15	35.6	0.45	0.10		

Magnitud <i>(Magnitude)</i>	Temperatura "Out" <i>(Temperature "Out")</i>				Gráfica de resultado <i>(Graphic of result)</i>
Intervalo de medida <i>(Measurement range)</i>		-50 °C			

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

Sin comentarios.

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS



Laboratorio acreditado por PJLA con número de acreditación 56695 vigente hasta 2025-10-31 en cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by PJLA with accreditation 56695 valid until 2025-10-31 in compliance with ISO/IEC 17025:2017. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)

