

Resultados de medición
(Measurement results)

Parametro (Parameter)	No	Valor nominal (Nominal value)	Valor medido (Measured value)	Error de medida (Measurement error)	Incertidumbre de medida (Measurement uncertainty) (k=2)
		mm			
Escalón	1	2.540	2.564	0.024	0.066
	2	5.080	5.093	0.013	0.025
	3	7.620	7.635	0.015	0.016
	4	10.160	10.177	0.017	0.031
	5	12.700	12.720	0.020	0.016

Parametro (Parameter)	No	Valor nominal (Nominal value)	Valor medido (Measured value)	Error de medida (Measurement error)	Incertidumbre de medida (Measurement uncertainty) (k=2)
		in			
Escalón	1	0.100 0	0.100 9	0.000 9	0.002 6
	2	0.200 00	0.200 52	0.000 52	0.000 98
	3	0.300 00	0.300 58	0.000 58	0.000 65
	4	0.400 0	0.400 7	0.000 7	0.001 2
	5	0.500 00	0.500 79	0.000 79	0.000 63

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

El patrón escalonado presentan manchas de óxido.

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. C.P. 76120. Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:

oscar@mess.com.mx

marypaz.cruz@mess.com.mx

calidad@mess.com.mx



Observaciones generales
(General observations)

- Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración del equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas practicas de uso y cuidado.
(It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices)

- El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
(The use of calibration results is the responsibility of the user)

- Los resultados y niveles de incertidumbres declarados en este informe de medición corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
(The results and the level of uncertainties declared in this measurement inform correspond exclusively to the instrument described sheet 1.)

- Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
(The results presented in this certificate have traceability to national standards)

- La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de al menos 95 % aproximadamente.
(The expanded uncertainty is expressed by a coverage factor of $k=2$, which assures the confidence level of less than about 95 %)

- La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
(The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements")

Descripción del método:
(Description of method)

- Medición directa del IBC con la máquina de medición uniaxial.
(Direct measurement of the IBC with the uniaxial measuring machine)

- Los valores de longitud medida son el promedio de 2 repeticiones en 5 posiciones, 4 aproximadamente a 2.5 mm de los bordes del área de trabajo de cada escalón y uno en el centro.
(The measured length values are the average of 2 repetitions in 5 positions, 4 approximately 2.5 mm from the edges of the work area of each step and one in the center.)

- Cuando el equipo se calibra en sistema inglés tomar en cuenta las siguientes referencias: 1 pulgada = 1 in (símbolo) = 1 inches (traducción).
(When the equipment is calibrated in the English system, consider the following references: 1 inch = 1 in (symbol) = 1 inches (translation))

- Cuando el equipo se calibra en sistema inglés tomar en cuenta el siguiente factor de conversión 1 pulgada = 25.4 mm.
(When the equipment is calibrated in the English system, consider the following conversion factor 1 inch = 25.4 mm)

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. C.P. 76120. Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:

oscar@mess.com.mx

marypaz.cruz@mess.com.mx

calidad@mess.com.mx

