

Resultados de la calibración
(Calibration results)

Punto (Point)	Valor nominal (Nominal value)	Error de indicación (Indication error)	U (k=2)
	mm	mm	mm
1	50.000	0.191	0.042
2	100.000	0.017	0.043
3	101.000	0.024	0.043
4	300.000	-0.025	0.045
5	500.000	-0.060	0.047
6	1 000.000	-0.033	0.051
7	1 500.000	0.007	0.055
8	2 000.000	-0.079	0.059
9	2 500.000	-0.171	0.062
10	3 000.000	-0.364	0.065
11	3 100.000	-0.296	0.066
12	3 500.000	-0.239	0.069
13	4 000.000	-0.279	0.072
14	4 500.000	-0.219	0.074
15	5 000.000	-0.185	0.077
16	5 500.000	-0.342	0.080
17	6 000.000	-0.648	0.083
18	6 100.000	-0.585	0.083
19	6 500.000	-0.612	0.085
20	7 000.000	-0.781	0.087
21	7 299.000	-0.686	0.089
22	7 300.000	-0.694	0.089

Condiciones del instrumento:

(Instrument conditions)

El equipo presenta atascamiento a partir de 7.3 metros.
El equipo presenta dobleces sobre superficie de medición.

Requerimientos del cliente:

(Customer requirements)

A prescripción del cliente, se indica próxima fecha de calibración.

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Av. Juárez No. 7751 Int. C, Micro Parque Industrial M57, San Luis Potosí, SLP. C.P. 78395 Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:

oscar@mess.com.mx

marypaz.cruz@mess.com.mx

calidad@mess.com.mx



ema
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
ACREDITADO D-97-S1

Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97-S1 a partir de 2021-09-29. En cumplimiento con la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente. "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".
(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97-S1 as of 2021-09-29. In compliance with ISO / IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").

"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento a los estándares".