

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	kΩ	Medición	IN			
Patron:	Década de Resistencia	Intervalo:	Desde:	100	Hasta:	1000	Dual Wire			
Valor del Patrón	Lectura esperada	Lecturas del IBC					Valor IBC	k (95%)	U (95%)	Lectura IBC
		1	2	3	4	5				
100	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW	<100	2.00	0.58	92
100	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	100>	2.00	0.59	112
750	LOW	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	>100<35000	2.00	0.59	700
750	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	>100<35000	2.00	0.59	863
1000	LOW	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	>100<35000	2.00	0.59	946

High Limit 35 MΩ
Low Limit 100 kΩ

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	MΩ	Medición	IN			
Patrón:	Década de Resistencia	Intervalo:	Desde:	1	Hasta:	35	Dual Wire			
Valor del Patrón	Lectura esperada	Lecturas del IBC					Valor IBC	k (95%)	U (95%)	Lectura IBC
		1	2	3	4	5				
1	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	>0.1<35	2.00	0.63	1.1
10	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	>0.1<35	2.00	0.64	9.3
10	HIGH	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	>0.1<35	2.00	1.3	11.3
35	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	>0.1<35	2.00	1.4	31.8

High Limit 35 MΩ
Low Limit 100 kΩ

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	kΩ	Medición	IN			
Patrón:	Década de Resistencia	Intervalo:	Desde:	100	Hasta:	1000	Single Wire			
Valor del Patrón	Lectura esperada	Lecturas del IBC					Valor IBC	k (95%)	U (95%)	Lectura IBC
		1	2	3	4	5				
100	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW	<100	2.00	0.58	92
100	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	100>	2.00	0.59	112
750	LOW	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	>100<35000	2.00	0.59	700
750	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	>100<35000	2.00	0.59	844
1000	LOW	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	>100<35000	2.00	0.59	946

High Limit 35 MΩ
Low Limit 100 kΩ

Magnitud:	Resistencia	Tipo:	Directa	Unidad:	MΩ	Medición	IN			
Patron:	Década de Resistencia	Intervalo:	Desde:	1	Hasta:	35	Single Wire			
Valor del Patrón	Lectura esperada	Lecturas del IBC					Valor IBC	k (95%)	U (95%)	Lectura IBC
		1	2	3	4	5				
1	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	>0.1<35	2.00	0.63	1.1
10	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	>0.1<35	2.00	0.64	9.3
10	HIGH	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	>0.1<35	2.00	1.3	11.3
35	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	>0.1<35	2.00	1.4	31.3

High Limit 35 MΩ
Low Limit 100 kΩ

Resultados de la calibración:

(Calibration Results)

Observaciones generales

- o Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.
It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices..
- o El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
The use of calibration results is the responsibility of the user.
- o Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.
- o Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
The results that appear in this certificate have traceability to national standards.
- o La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura correspondiente, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.
The expanded uncertainty is expressed by a corresponding coverage factor, which assures the confidence level of less than about 95%.
- o La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"
- o El método empleado en este servicio de calibración se realiza tomando un total de cinco lecturas al instrumento bajo calibración (IBC), de este conjunto se obtiene la media aritmética, tomándolo este valor como el valor medido del IBC en el cálculo del error de medición del instrumento.
- o Applied method for this calibration service was taking five measurements with the Device Under Calibration (DUC), with these measurements the arithmetic mean its obtained, this value was taking as DUC value measurement for the measurement error calculation.
- o La calibración del instrumento descrito en la carátula de este documento, fue realizada con cables propiedad de MESS.
- o Device under calibration described in page 1 of this document, was development with MESS connection wires.