


Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	7	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH1					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
1	0.7	1	2	3	4	5	-0.0006	2.00	0.0058	0.01942	Conforme
2	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	-0.0001	2.00	0.0058	0.02005	Conforme
3	3.5	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	0.0007	2.00	0.0058	0.02110	Conforme
4	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	0.0015	2.00	0.0058	0.02215	Conforme
5	6.3	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	0.0019	2.00	0.0058	0.02278	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.06\% \text{ Valor medido} + 19 \text{ mV})$



----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Alterna	Unidad:	A	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH1					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
1	1	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	-0.0030	2.00	0.0064	0.05160	Conforme
2	2	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	0.009	2.00	0.019	0.05319	Conforme
3	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-0.001	2.00	0.022	0.05480	Conforme
4	4	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	0.010	2.00	0.021	0.05638	Conforme
5	5	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-0.002	2.00	0.024	0.05800	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.16\% \text{ Valor medido} + 50 \text{ mA})$



----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patrón:	Fluke 8845A		Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	20	Frec (Hz)	0		
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH1					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	0.0015	2.00	0.0058	0.02215	Conforme
2	6.3	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	0.0019	2.00	0.0058	0.02278	Conforme
3	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.0016	2.00	0.0062	0.02500	Conforme
4	15	14.99	14.99	14.99	14.99	14.99	0.0055	2.00	0.0063	0.02800	Conforme
5	20	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.0040	2.00	0.0065	0.03100	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.06\% \text{ Valor medido} + 19 \text{ mV})$



----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patrón:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	2	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH1					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
1	0.2	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	-0.0020	2.00	0.0058	0.05032	Conforme
2	0.5	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.0087	2.00	0.0059	0.05081	Conforme
3	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.0030	2.00	0.0062	0.05160	Conforme
4	2	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	0.0086	2.00	0.0084	0.05319	Conforme
5	2	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	0.0086	2.00	0.0084	0.05319	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.16\% \text{ Valor medido} + 50 \text{ mA})$




----- Tolerancia Fabricante

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición:	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patrón:	Fluke 8845A		Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	7	Frec (Hz)	0		
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH2					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	0.7	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	-0.0006	2.00	0.0058	0.01942	Conforme
2	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	-0.0001	2.00	0.0058	0.02005	Conforme
3	3.5	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	0.0007	2.00	0.0058	0.02110	Conforme
4	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	0.0015	2.00	0.0058	0.02215	Conforme
5	6.3	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	0.0019	2.00	0.0058	0.02278	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.06\% \text{ Valor medido} + 19 \text{ mV})$




Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	5	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH2					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	1	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.0089	2.00	0.0062	0.05159	Conforme
2	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.0011	2.00	0.0084	0.05320	Conforme
3	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-0.003	2.00	0.010	0.05480	Conforme
4	4	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	-0.010	2.00	0.017	0.05642	Conforme
5	5	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	0.007	2.00	0.020	0.05799	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.16\% \text{ Valor medido} + 50 \text{ mA})$




Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patrón:	Fluke 8845A		Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	20	Frec (Hz)	0		
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH2					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	0.0015	2.00	0.0058	0.02215	Conforme
2	6.3	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	0.0019	2.00	0.0058	0.02278	Conforme
3	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.0016	2.00	0.0062	0.02500	Conforme
4	15	14.99	14.99	14.99	14.99	14.99	0.0055	2.00	0.0063	0.02800	Conforme
5	20	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.0040	2.00	0.0065	0.03100	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.06\% \text{ Valor medido} + 19 \text{ mV})$



Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patrón:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	2	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH2					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
1	0.2	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.0006	2.00	0.0058	0.05032	Conforme
2	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.0014	2.00	0.0060	0.05120	Conforme
3	1	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.0089	2.00	0.0062	0.05159	Conforme
4	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.0011	2.00	0.0084	0.05320	Conforme
5	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.0011	2.00	0.0084	0.05320	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.16\% \text{ Valor medido} + 50 \text{ mA})$



Resultados de la calibración:
(Calibration Results)

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	Fluke 8845A		Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	20	Frec (Hz)	0		
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH3					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-0.0032	2.00	0.0058	0.02020	Conforme
2	5	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-0.0012	2.00	0.0058	0.02200	Conforme
3	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.0031	2.00	0.0062	0.02500	Conforme
4	20	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-0.0044	2.00	0.0065	0.03100	Conforme
5	20	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-0.0044	2.00	0.0065	0.03100	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.06\% \text{ Valor medido} + 19 \text{ mV})$



----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	2	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH3					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
1	0.8	1	2	3	4	5	0.0008	2.00	0.0061	0.05128	Conforme
2	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0012	2.00	0.0062	0.05160	Conforme
3	1.5	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.0015	2.00	0.0076	0.05240	Conforme
4	1.8	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.0049	2.00	0.0080	0.05289	Conforme
5	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.0030	2.00	0.0084	0.05320	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.16\% \text{ Valor medido} + 50 \text{ mA})$



----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patrón:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH3					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	10	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	0.0063	2.00	0.0062	0.02500	Conforme
2	20	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.0004	2.00	0.0065	0.03100	Conforme
3	30	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	0.0064	2.00	0.0070	0.03700	Conforme
4	40	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.0000	2.00	0.0076	0.04300	Conforme
5	50	49.99	49.99	49.99	49.99	49.99	0.0108	2.00	0.0082	0.04899	Conforme


Tolerancia de fabricante: $\pm(0.06\% \text{ Valor medido} + 19 \text{ mV})$



----- Tolerancia Fabricante

Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patrón:	Fluke 8845A		Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	0.8	Frec (Hz)	0		
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH3					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.0028	2.00	0.0058	0.05012	Conforme
2	0.2	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	-0.0022	2.00	0.0058	0.05032	Conforme
3	0.5	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	-0.0002	2.00	0.0059	0.05080	Conforme
4	0.8	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.0008	2.00	0.0061	0.05128	Conforme
5	0.8	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.0008	2.00	0.0061	0.05128	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.16\% \text{ Valor medido} + 50 \text{ mA})$




----- Tolerancia Fabricante

Resultados de la calibración:
(Calibration Results)


Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patrón:	Fluke 8845A		Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	20	Frec (Hz)	0		
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH4					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-0.0037	2.00	0.0058	0.02020	Conforme
2	5	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	-0.0051	2.00	0.0058	0.02200	Conforme
3	10	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	0.0063	2.00	0.0062	0.02500	Conforme
4	20	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.0004	2.00	0.0065	0.03100	Conforme
5	20	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.0004	2.00	0.0065	0.03100	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.06\% \text{ Valor medido} + 19 \text{ mV})$




Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	Fluke 8845A		Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	2	Frec (Hz)	0		
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH4					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	0.2	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.0035	2.00	0.0058	0.05031	Conforme
2	0.5	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.0059	2.00	0.0059	0.05081	Conforme
3	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.0025	2.00	0.0062	0.05160	Conforme
4	1.5	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.0002	2.00	0.0076	0.05240	Conforme
5	1.8	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.0007	2.00	0.0080	0.05288	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.16\% \text{ Valor medido} + 50 \text{ mA})$




Magnitud:	Tensión	Tipo:	Directa	Unidad:	V	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patron:	Fluke 8845A		Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	50	Frec (Hz)	0		
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH4					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	10	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	0.0063	2.00	0.0062	0.02500	Conforme
2	20	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.0004	2.00	0.0065	0.03100	Conforme
3	30	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	0.0064	2.00	0.0070	0.03700	Conforme
4	40	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.0000	2.00	0.0076	0.04300	Conforme
5	50	49.99	49.99	49.99	49.99	49.99	0.0108	2.00	0.0082	0.04899	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.06\% \text{ Valor medido} + 19 \text{ mV})$



Magnitud:	Corriente	Tipo:	Directa	Unidad:	A	Medición	OUT	Resol. IBC:	0.01		
Patrón:	Fluke 8845A	Intervalo:	Desde:	0	Hasta:	0.8 <th>Frec (Hz)</th> <td>0</td> <th></th> <th></th>	Frec (Hz)	0			
Punto	Valor del IBC	Lecturas del Patrón - CH4					Error	k (95%)	U (95%)	Tolerancia Fabricante	D.C.
		1	2	3	4	5					
1	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-0.0005	2.00	0.0058	0.05013	Conforme
2	0.2	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.0035	2.00	0.0058	0.05031	Conforme
3	0.5	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.0059	2.00	0.0059	0.05081	Conforme
4	0.8	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	-0.0049	2.00	0.0061	0.05129	Conforme
5	0.8	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	-0.0049	2.00	0.0061	0.05129	Conforme

Tolerancia de fabricante: $\pm(0.16\% \text{ Valor medido} + 50 \text{ mA})$



Resultados de la calibración:

(Calibration Results)

Observaciones generales

- o Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.
It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices..
- o El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
The use of calibration results is the responsibility of the user.
- o Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.
- o Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
The results that appear in this certificate have traceability to national standards.
- o La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura correspondiente, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.
The expanded uncertainty is expressed by a corresponding coverage factor, which assures the confidence level of less than about 95%.
- o La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"
- o El método empleado en este servicio de calibración se realiza tomando un total de cinco lecturas al instrumento bajo calibración (IBC), de este conjunto se obtiene la media aritmética, tomándolo este valor como el valor medido del IBC en el cálculo del error de medición del instrumento.
- o Applied method for this calibration service was taking five measurements with the Device Under Calibration (DUC), with these measurements the arithmetic mean its obtained, this value was taking as DUC value measurement for the measurement error calculation.
- o La calibración del instrumento descrito en la carátula de este documento, fue realizada con cables propiedad de MESS.
- o Device under calibration described in page 1 of this document, was development with MESS connection wires.

Notas:

(Notes):

A prescripción del cliente, se documenta y aplica la siguiente declaración de conformidad.
For customer requirement, the following declaration of conformity is documented and applied.
La tolerancia que el cliente emplea para este equipo, es la indicada en la especificación técnica del fabricante.
The customer tolerance required for this equipment is indicated in the manufacturer's technical specification.
La regla de decisión que el cliente pide aplicar es: $ERROR \leq TOLERANCIA$.
Customer rule of decision is: $ERROR \leq TOLERANCIA$.
La declaración de conformidad se aplica únicamente a los datos indicados en las hojas de resultados del presente certificado.
The declaration of conformity applies only to the data indicated in the results sheets of this certificate.
En esta declaración de conformidad; el laboratorio no considera adicionalmente el nivel de riesgo, debido a que la regla es prescrita por el cliente.
In this declaration of conformity; the laboratory does not additionally consider the level of risk, because the rule is prescribed by the client.