

Resultados de la calibración
(Calibration results)


Sentido: (Sense)	Tracción
Resolución: (Resolution)	0.001 N

Equipo bajo calibración (IBC) (Equipment under calibration)		Fuerza aplicada (patrón) (Applied force (standard))							
Lectura en Indicador	--	1ª Serie 0° Ascenso (Ascent)	2ª Serie 0° Ascenso (Ascent)	3ª Serie 120° Ascenso (Ascent)	4ª Serie 120° Descenso (Descent)	5ª Serie 240° Ascenso (Ascent)	6ª Serie 240° Descenso (Descent)	Promedio (Average)	
N	--	N	N	N	N	N	N	N	--
980.0	--	977.641	976.916	976.801	976.296	977.046	976.371	977.163	--
1 960.0	--	1 954.716	1 953.865	1 953.815	1 952.290	1 954.025	1 953.110	1 954.185	--
2 940.0	--	2 931.075	2 930.375	2 930.390	2 928.095	2 930.320	2 928.790	2 930.595	--
3 920.0	--	3 906.929	3 906.459	3 906.484	3 903.724	3 906.119	3 903.889	3 906.511	--
4 900.0	--	4 882.444	4 882.144	4 882.089	4 879.209	4 881.569	4 878.789	4 882.034	--
5 880.0	--	5 857.734	5 857.449	5 857.249	5 854.569	5 856.769	5 853.754	5 857.250	--
6 860.0	--	6 832.848	6 832.423	6 832.043	6 829.844	6 831.768	6 828.949	6 832.220	--
7 840.0	--	7 807.798	7 807.113	7 806.608	7 805.068	7 806.593	7 804.449	7 807.000	--
8 820.0	--	8 782.533	8 781.578	8 781.118	8 780.294	8 781.198	8 780.199	8 781.617	--
9 800.0	--	9 756.958	9 755.894	9 755.789	9 755.564	9 755.509	9 756.059	9 756.085	--

IBC	Fuerza aplicada (patrón) (Applied force (standard))	Error de Reproducibilidad (Reproducibility error)	Error de repetibilidad (Repeatability error)	Error residual ¹ (Residual error)	Error de reversibilidad (Reversibility error)	Error relativo de exactitud (Relative accuracy error)	Incertidumbre de medida (Measurement uncertainty)
N	N	% L	% L	% L	% L	% L	% L
980.0	977.163	0.086	0.074	-1.1E-05	0.060	0.290	9.8E-02
1 960.0	1 954.185	0.046	0.043	-1.6E-05	0.062	0.298	6.4E-02
2 940.0	2 930.595	0.026	0.024	4.3E-06	0.065	0.321	4.8E-02
3 920.0	3 906.511	0.021	0.012	-2.6E-06	0.064	0.345	4.1E-02
4 900.0	4 882.034	0.018	0.006	5.6E-06	0.058	0.368	3.6E-02
5 880.0	5 857.250	0.016	0.005	-2.7E-05	0.049	0.388	3.1E-02
6 860.0	6 832.220	0.016	0.006	9.6E-06	0.037	0.407	3.1E-02
7 840.0	7 807.000	0.015	0.009	-9.1E-06	0.024	0.423	2.8E-02
8 820.0	8 781.617	0.016	0.011	-1.0E-05	0.010	0.437	2.6E-02
9 800.0	9 756.085	0.015	0.011	-9.2E-06	0.004	0.450	2.5E-02

Error de cero (fo): (Zero error)	4.1E-03 % L
-------------------------------------	-------------

Gráfica de residual de la ecuación de mejor ajuste e incertidumbre Vs Fuerza aplicada (Tracción)
(Residual graph of the best fit and uncertainty equation Vs Applied force (Traction))



Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Resultados de la calibración
(Calibration results)


Sentido: (Sense)	Compresión
Resolución: (Resolution)	0.001 N

Equipo bajo calibración (IBC) (Equipment under calibration)		Fuerza aplicada (patrón) (Applied force (standard))							
Lectura en Indicador	--	1ª Serie 0° Ascenso (Ascent)	2ª Serie 0° Ascenso (Ascent)	3ª Serie 120° Ascenso (Ascent)	4ª Serie 120° Descenso (Descent)	5ª Serie 240° Ascenso (Ascent)	6ª Serie 240° Descenso (Descent)	Promedio (Average)	
N	--	N	N	N	N	N	N	N	--
980.0	--	978.918	979.043	979.098	977.688	979.048	977.413	979.021	--
1 960.0	--	1 957.416	1 957.616	1 957.816	1 954.791	1 957.536	1 954.666	1 957.589	--
2 940.0	--	2 935.958	2 936.218	2 936.348	2 932.338	2 936.073	2 932.288	2 936.126	--
3 920.0	--	3 914.540	3 914.840	3 914.825	3 910.344	3 914.655	3 910.304	3 914.673	--
4 900.0	--	4 893.139	4 893.469	4 893.329	4 888.809	4 893.274	4 888.739	4 893.247	--
5 880.0	--	5 871.745	5 872.095	5 871.905	5 867.700	5 871.920	5 867.585	5 871.857	--
6 860.0	--	6 850.342	6 850.702	6 850.552	6 846.977	6 850.577	6 846.822	6 850.490	--
7 840.0	--	7 828.908	7 829.288	7 829.223	7 826.559	7 829.213	7 826.414	7 829.115	--
8 820.0	--	8 807.433	8 807.833	8 807.833	8 806.359	8 807.803	8 806.289	8 807.690	--
9 800.0	--	9 785.896	9 786.341	9 786.251	9 786.266	9 786.301	9 786.301	9 786.149	--

IBC	Fuerza aplicada (patrón) (Applied force (standard))	Error de Reproducibilidad (Reproducibility error)	Error de repetibilidad (Repeatability error)	Error residual ¹ (Residual error)	Error de reversibilidad (Reversibility error)	Error relativo de exactitud (Relative accuracy error)	Incertidumbre de medida (Measurement uncertainty)
N	N	" b "	" b' "	% L	"v"	"q"	% L
980.0	979.021	0.018	0.013	-3.0E-05	0.156	0.100	9.3E-02
1 960.0	1 957.589	0.020	0.010	8.4E-06	0.151	0.123	8.9E-02
2 940.0	2 936.126	0.013	0.009	4.2E-06	0.133	0.132	7.8E-02
3 920.0	3 914.673	0.007	0.008	-2.2E-05	0.113	0.136	6.6E-02
4 900.0	4 893.247	0.004	0.007	5.8E-08	0.093	0.138	5.5E-02
5 880.0	5 871.857	0.003	0.006	4.0E-06	0.073	0.139	4.3E-02
6 860.0	6 850.490	0.003	0.005	-1.5E-05	0.053	0.139	3.8E-02
7 840.0	7 829.115	0.004	0.005	3.0E-07	0.035	0.139	2.9E-02
8 820.0	8 807.690	0.005	0.005	-1.2E-05	0.017	0.140	2.4E-02
9 800.0	9 786.149	0.004	0.005	-8.8E-06	0.000	0.142	2.1E-02

Error de cero (fo): (Zero error)	2.0E-03 % L
-------------------------------------	-------------

Gráfica de residual de la ecuación de mejor ajuste e incertidumbre Vs Fuerza aplicada (Compresión)
(Residual graph of the best fit and uncertainty equation Vs Applied force (Compression))



Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)
Sin requerimientos.

Resultados de la calibración
(Calibration results)

Ecuaciones de mejor ajuste para el equipo bajo calibración.
(Equations of best fit for the equipment under calibration)

* Ecuación de mejor ajuste para obtener la fuerza en función de la lectura observada.
(Equation of best fit to obtain the force based on the observed reading)

Fi (Li) = A + B (Li) + C (Li) ² + D(Li) ³ + E (Li) ⁴						
Coefficientes para Fi = f (Li) (Coefficients for Fi = f (Li))	A	B	C	D	E	Tipo de ecuación (Equation type)
Tracción (Traction)	-6.088 224 71E-01	9.981 588 70E-01	-4.691 446 07E-07	2.875 736 06E-11	-7.885 503 25E-16	Cuártica
Compresión (Compression)	3.672 511 47E-01	9.986 933 20E-01	-8.154 650 21E-08	1.427 149 04E-11	-7.604 266 21E-16	Cuártica

Donde:
(Where)

Fi = es la fuerza pronóstico de la ecuación de mejor ajuste que se aplica al equipo bajo prueba en: N
(is the prognostic force of the best fit equation that is applied to the equipment under test in: N)

Li = es la lectura observada en el indicador del equipo a prueba, bajo una fuerza aplicada y se obtiene como:
(it is the reading observed in the indicator of the equipment under test, under an applied force and is obtained as)

Li = (lectura bajo una fuerza aplicada - Lectura de cero, sin una fuerza aplicada)
(reading under an applied force - zero reading, without an applied force)

* Ecuación de mejor ajuste para obtener la lectura en función de la fuerza que se requiera aplicar.
(Equation of best fit to obtain the reading according to the force that is required to apply)

Li (Fi)= a + b (Fi) + c (Fi) ² + d (Fi) ³ + e (Fi) ⁴						
Coefficientes para Li = f (Fi)	a	b	c	d	e	Tipo de ecuación (Equation type)
Tracción (Traction)	6.112 034 48E-01	1.001 842 40E+00	4.734 155 42E-07	-2.901 148 39E-11	7.955 356 43E-16	Cuártica
Compresión (Compression)	-3.682 172 80E-01	1.001 308 96E+00	8.166 606 18E-08	-1.432 064 57E-11	7.644 177 24E-16	Cuártica

Donde:
(Where)

Fi = es la fuerza aplicada, en: N
(is the force applied in: N)

Li = es la lectura que deberá observarse en el indicador para obtener la fuerza Fi deseada.
(this is the reading that must be observed in the indicator to obtain the desired Fi force)

* Factores de equivalencia entre unidades
(Equivalence factors between units)

	N	kN	kgf	lbf	dina
1 N	1	0.001	0.101972	0.224809	1.00E+05
1 kN	1000	1	101.97162	224.80894	1.00E+08
1 kgf	9.80665	9.80665E-03	1	2.20462	9.80665E+05
1 lbf	4.44822	4.44822E-03	0.453592	1	4.44822E+05
1 dina	1.00E-05	1.00E-08	1.01972E-06	2.24809E-06	1

Observaciones generales

(General observations)

- Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración del equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas practicas de uso y cuidado.
(It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices)

- El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
(The use of calibration results is the responsibility of the user)

- Los resultados y niveles de incertidumbres declarados en este certificado de calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
(The results and uncertainty levels declared in this calibration certificate correspond exclusively to the instrument described in sheet 1)

- Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
(The results presented in this certificate have traceability to national standards)

- La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de al menos 95 % aproximadamente.
(The expanded uncertainty is expressed by a coverage factor of $k=2$, which assures the confidence level of less than about 95 %)

- La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
(The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements")

- Las barras de error mostradas en el gráfico, representan la incertidumbre de medida ($U_{k=2}$) de cada punto de calibración.
(The error bars shown in the graph represent the measurement uncertainty ($U_{k=2}$) of each calibration point)

- A solicitud del cliente se indica próxima fecha de calibración.
(At the request of the client the next calibration date is indicated)

Descripción del método:

(Description of method)

- La lectura promedio para cada punto calibrado se obtiene promediando las series 1, 3 y 5.
(The average reading for each calibrated point is obtained by averaging series 1, 3 and 5)

- El error relativo de exactitud se obtiene de la diferencia entre el valor de la lectura del IBC y la fuerza aplicada, entre la fuerza aplicada, multiplicado por 100.
(The relative accuracy error is obtained from the difference between the IBC reading value and the applied force, between the applied force multiplied by 100)

- El método de medición es la medición directa de los transductores de fuerza o apilamiento de masas, colocados en serie con el IBC.
(The measurement method is the direct measurement of force transducers or mass stacking, placed in series with the IBC)

- El instrumento bajo calibración es instalado junto con el patrón de fuerza al menos 2 h para su ambientación antes del inicio de la toma de datos para la calibración. Se realizan pruebas preliminares de funcionamiento al equipo por calibrar. Se aplican tres fuerzas al 100% del intervalo de medición (precargas) para la estabilización y acomodamiento de la estructura interna del elemento elástico del sensor. Una vez hecho lo anterior se aplican fuerzas en el sentido de la calibración (tracción y/o compresión) dividiendo el intervalo de medición en diez puntos equidistantes distribuidos dentro del intervalo de medición. Cada paso de carga del intervalo de medición es medido dos veces en una misma posición de montaje de referencia (0°) y dos veces más en forma creciente y decreciente en las siguientes posiciones (120° y 240°). Al finalizar cada serie cuando se descarga la fuerza se toma la lectura a los 30 s para el cálculo de error relativo de cero.
(The instrument under calibration is installed together with the force standard for at least 2 h for its setting before the start of data collection for calibration. Preliminary tests are performed on the equipment to be calibrated. Three forces are applied at 100% of the measurement range (preloads) for stabilization and accommodation of the internal structure of the elastic sensor element. Once this has been done, forces are applied in the direction of calibration (tension and / or compression) dividing the measurement interval into ten equidistant points distributed within the measurement interval. Each loading step of the measurement interval is measured twice in the same reference mounting position (0°) and twice more in increasing and decreasing order in the following positions (120° and 240°). At the end of each series when the force is discharged, the reading is taken after 30 s for the calculation of relative error of zero)

- El error residual es debido al uso de la ecuación de mejor ajuste.
(The residual error is due to the use of the best-fit equation)

- Norma de Referencia: NMX-CH-376-IMNC-2008 / ISO 376:2004
(Reference Standard: NMX-CH-376-IMNC-2008 / ISO 376:2004)

- Para equipos con escala analógica, la resolución se obtuvo determinando la relación existente entre el ancho de la aguja y la distancia centro a centro entre dos marcas adyacentes de la graduación de la escala.
(For equipment with an analog scale, the resolution was obtained by determining the relationship between the width of the pointer and the center-to-center distance between two adjacent marks on the scale graduation)