

Resultados de la calibración
(Calibration results)


Sentido: (Sense)	Tracción
Resolución: (Resolution)	0.1 N

Lecturas de equipo bajo calibración (IBC) (Equipment readings under calibration)		Fuerza aplicada (patrón) (Applied force (standard))				
N	--	1ª serie 0° Ascenso (Ascent)	2ª serie 120° Ascenso (Ascent)	3ª serie 240° Ascenso (Ascent)	Promedio (Average)	
		N	N	N	N	--
50.000	--	49.952	49.952	49.996	49.966	--
100.000	--	99.959	99.959	100.004	99.974	--
200.000	--	200.146	200.191	200.102	200.146	--
300.000	--	300.139	300.228	300.184	300.184	--
400.000	--	400.298	400.209	400.342	400.283	--
500.000	--	500.446	500.535	500.580	500.520	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

Fuerza aplicada (patrón) (Applied force (standard))	Equipo bajo calibración (IBC) (Equipment under calibration)	Error relativo de repetibilidad (Repeatability relative error) "b"	Error relativo de exactitud (Relative accuracy error) "q"		Incertidumbre de medida (Measurement uncertainty)	
N	N	%L	%L	N	%L	N
49.966	50.000	0.089	0.067	0.034	2.0E-01	9.8E-02
99.974	100.000	0.045	0.026	0.026	1.1E-01	1.1E-01
200.146	200.000	0.044	-0.073	-0.146	8.6E-02	1.7E-01
300.184	300.000	0.030	-0.061	-0.184	6.8E-02	2.0E-01
400.283	400.000	0.033	-0.071	-0.283	6.8E-02	2.7E-01
500.520	500.000	0.027	-0.104	-0.520	6.0E-02	3.0E-01
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

Error de cero (fo): (Zero error)	0.0E+00 % L
-------------------------------------	-------------

Gráfica del error relativo de exactitud (Tracción)
(Graph of relative accuracy error (Traction))



Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.

Resultados de la calibración
(Calibration results)


Sentido: (Sense)	Compresión
Resolución: (Resolution)	0.1 N

Lecturas de equipo bajo calibración (IBC) (Equipment readings under calibration)		Fuerza aplicada (patrón) (Applied force (standard))				
N	--	1ª serie 0° Ascenso (Ascent)	2ª serie 120° Ascenso (Ascent)	3ª serie 240° Ascenso (Ascent)	Promedio (Average)	
		N	N	N	N	--
50.000	--	49.991	49.991	49.946	49.976	--
100.000	--	99.972	100.016	100.016	100.001	--
200.000	--	200.177	200.222	200.266	200.222	--
300.000	--	300.332	300.421	300.421	300.392	--
400.000	--	400.533	400.667	400.667	400.622	--
500.000	--	500.698	500.787	500.787	500.757	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

Fuerza aplicada (patrón) (Applied force (standard))	Equipo bajo calibración (IBC) (Equipment under calibration)	Error relativo de repetibilidad (Repeatability relative error) "b"	Error relativo de exactitud (Relative accuracy error) "q"		Incertidumbre de medida (Measurement uncertainty)	
N	N	%L	%L	N	%L	N
49.976	50.000	0.089	0.048	0.024	2.0E-01	9.8E-02
100.001	100.000	0.045	-0.001	-0.001	9.6E-02	9.6E-02
200.222	200.000	0.044	-0.111	-0.222	7.7E-02	1.5E-01
300.392	300.000	0.030	-0.130	-0.392	6.6E-02	2.0E-01
400.622	400.000	0.033	-0.155	-0.622	6.9E-02	2.8E-01
500.757	500.000	0.018	-0.151	-0.757	5.4E-02	2.7E-01
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--

Error de cero (fo): (Zero error)	0.0E+00 % L
-------------------------------------	-------------

Gráfica del error relativo de exactitud (Compresión)
(Graph of relative accuracy error (Compression))



Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

Sin requerimientos.