

Resultados de la calibración
(Calibration results)

Número de serie (Serial number)	Valor nominal (Nominal value)	Error de longitud central (Central length error)	Incertidumbre de medida para longitud central (Measurement uncertainty for central length)	Variación de la longitud (Length variation)	Incertidumbre de medida para variación de la longitud (Measurement uncertainty for length variation)
	in	µin	µin	µin	µin
LGH002	0.0500	-1.3	1.1	3.5	1.2
900287	0.0625	4.2	1.1	2.0	1.2
940959	0.1000	0.4	1.1	2.4	1.2
LGH002	0.1001	-1.1	1.1	3.9	1.2
LGH002	0.1002	4.0	1.1	2.0	1.2
LGH002	0.1003	-1.5	1.1	1.6	1.2
LGH002	0.1004	2.4	1.1	3.9	1.2
LGH002	0.1005	3.6	1.1	2.0	1.2
LGH002	0.1006	-4.3	1.1	5.5	1.2
LGH002	0.1007	-0.7	1.1	3.5	1.2
LGH002	0.1008	-0.7	1.1	5.1	1.2
LGH002	0.1009	4.0	1.1	4.3	1.2
LGH002	0.1010	-1.1	1.1	4.3	1.2
LGH002	0.1020	2.0	1.1	5.1	1.2
LGH002	0.1030	2.8	1.1	3.1	1.2
LGH002	0.1040	0.0	1.1	3.9	1.2
LGH002	0.1050	-0.4	1.1	5.5	1.2
LGH002	0.1060	5.9	1.1	3.5	1.2
LGH002	0.1070	1.2	1.1	3.9	1.2
LGH002	0.1080	1.2	1.1	3.5	1.2
LGH002	0.1090	3.2	1.1	4.7	1.2
LGH002	0.1100	3.6	1.1	3.9	1.2
LGH002	0.1110	1.6	1.1	3.5	1.2
LGH002	0.1120	-1.1	1.1	3.9	1.2
LGH002	0.1130	-1.1	1.1	2.4	1.2
LGH002	0.1140	0.0	1.1	3.5	1.2
LGH002	0.1150	2.8	1.1	1.2	1.2
LGH002	0.1160	2.8	1.1	5.5	1.2
LGH002	0.1170	3.2	1.1	5.5	1.2
LGH002	0.1180	3.2	1.1	2.8	1.2
LGH002	0.1190	-1.9	1.1	3.5	1.2
LGH002	0.1200	-0.7	1.1	5.5	1.2
LGH002	0.1210	3.2	1.1	3.1	1.2

Número de serie (Serial number)	Valor nominal (Nominal value)	Error de longitud central (Central length error)	Incertidumbre de medida para longitud central (Measurement uncertainty for central length)	Variación de la longitud (Length variation)	Incertidumbre de medida para variación de la longitud (Measurement uncertainty for length variation)
	in	µin	µin	µin	µin
940278	0.1220	5.6	1.1	3.1	1.2
LGH002	0.1230	1.2	1.1	4.3	1.2
LGH002	0.1240	5.2	1.1	3.5	1.2
LGH002	0.1250	2.0	1.1	2.8	1.2
LGH002	0.1260	2.4	1.1	1.2	1.2
LGH002	0.1270	4.8	1.1	4.7	1.2
LGH002	0.1280	0.4	1.1	4.7	1.2
LGH002	0.1290	3.6	1.1	3.9	1.2
LGH002	0.1300	5.2	1.1	3.5	1.2
LGH002	0.1310	1.2	1.1	2.8	1.2
LGH002	0.1320	1.6	1.1	4.7	1.2
LGH002	0.1330	0.0	1.1	2.0	1.2
LGH002	0.1340	2.4	1.2	3.1	1.2
LGH002	0.1350	-3.9	1.2	4.7	1.2
LGH002	0.1360	1.6	1.2	2.8	1.2
LGH002	0.1370	-1.1	1.2	3.9	1.2
LGH002	0.1380	-4.3	1.2	2.4	1.2
LGH002	0.1390	1.2	1.2	4.3	1.2
LGH002	0.1400	-0.4	1.2	3.1	1.2
LGH002	0.1410	-2.3	1.2	2.8	1.2
LGH002	0.1420	-0.7	1.2	2.8	1.2
LGH002	0.1430	2.0	1.2	4.7	1.2
LGH002	0.1440	-1.9	1.2	4.7	1.2
LGH002	0.1450	-0.7	1.2	1.2	1.2
LGH002	0.1460	2.0	1.2	4.7	1.2
LGH002	0.1470	1.6	1.2	4.7	1.2
LGH002	0.1480	1.3	1.2	3.5	1.2
LGH002	0.1490	-0.6	1.5	3.9	1.2
LGH002	0.1500	0.6	1.5	3.9	1.2
LGH002	0.2000	0.6	1.4	5.9	1.2
LGH002	0.2500	-10.6	1.5	2.8	1.2
LGH002	0.3000	4.0	1.6	3.9	1.2
LGH002	0.3500	1.7	1.8	1.6	1.2

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. C.P. 76120. Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:
oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

Resultados de la calibración

(Calibration results)

Número de serie (Serial number)	Valor nominal (Nominal value)	Error de longitud central (Central length error)	Incertidumbre de medida para longitud central (Measurement uncertainty for central length)	Variación de la longitud (Length variation)	Incertidumbre de medida para variación de la longitud (Measurement uncertainty for length variation)
	in	µin	µin	µin	µin
LGH002	0.4000	2.9	2.9	2.8	1.2
LGH002	0.4500	-9.3	2.4	5.9	1.2
LGH002	0.5000	5.7	2.3	2.4	1.2
LGH002	0.5500	0.9	2.2	1.2	1.2
LGH002	0.6000	12.4	2.3	2.8	1.2
LGH002	0.6500	23.4	1.3	5.5	1.2
LGH002	0.7000	4.5	2.7	1.2	1.2
LGH002	0.7500	18.3	2.8	2.4	1.2
LGH002	0.8000	1.4	2.7	1.6	1.2
LGH002	0.8500	4.1	2.8	1.2	1.2
LGH002	0.9000	18.3	2.8	1.2	1.2
LGH002	0.9500	17.1	2.9	4.7	1.2
LGH002	1.0000	8.3	3.8	4.7	1.2
LGH002	2.0000	22.9	2.4	44.1	1.2
LGH002	3.0000	9.4	3.2	26.0	1.2
LGH002	4.0000	61.0	3.2	2.0	1.2

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. C.P. 76120. Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:
oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

Resultados de la calibración

(Calibration results)

Número de serie (Serial number)	Valor nominal (Nominal value)	Error de longitud central (Central length error)	Incertidumbre de medida para longitud central (Measurement uncertainty for central length)	Variación de la longitud (Length variation)	Incertidumbre de medida para variación de la longitud (Measurement uncertainty for length variation)
	mm	µm	µm	µm	µm
LGH002	1.2700	-0.033	0.029	0.090	0.030
900287	1.5875	0.107	0.029	0.050	0.030
940959	2.5400	0.011	0.029	0.060	0.030
LGH002	2.5425	-0.029	0.029	0.100	0.030
LGH002	2.5451	0.101	0.029	0.050	0.030
LGH002	2.5476	-0.039	0.029	0.040	0.030
LGH002	2.5502	0.061	0.029	0.100	0.030
LGH002	2.5527	0.091	0.029	0.050	0.030
LGH002	2.5552	-0.109	0.029	0.140	0.030
LGH002	2.5578	-0.019	0.029	0.090	0.030
LGH002	2.5603	-0.019	0.029	0.130	0.030
LGH002	2.5629	0.101	0.029	0.110	0.030
LGH002	2.5654	-0.029	0.029	0.110	0.030
LGH002	2.5908	0.051	0.029	0.130	0.030
LGH002	2.6162	0.071	0.029	0.080	0.030
LGH002	2.6416	0.001	0.029	0.100	0.030
LGH002	2.6670	-0.009	0.029	0.140	0.030
LGH002	2.6924	0.151	0.029	0.090	0.030
LGH002	2.7178	0.031	0.029	0.100	0.030
LGH002	2.7432	0.031	0.029	0.090	0.030
LGH002	2.7686	0.081	0.029	0.120	0.030
LGH002	2.7940	0.091	0.029	0.100	0.030
LGH002	2.8194	0.041	0.029	0.090	0.030
LGH002	2.8448	-0.029	0.029	0.100	0.030
LGH002	2.8702	-0.029	0.029	0.060	0.030
LGH002	2.8956	0.001	0.029	0.090	0.030
LGH002	2.9210	0.071	0.029	0.030	0.030
LGH002	2.9464	0.071	0.029	0.140	0.030
LGH002	2.9718	0.081	0.029	0.140	0.030
LGH002	2.9972	0.081	0.029	0.070	0.030
LGH002	3.0226	-0.049	0.029	0.090	0.030
LGH002	3.0480	-0.019	0.029	0.140	0.030
LGH002	3.0734	0.081	0.029	0.080	0.030

Número de serie (Serial number)	Valor nominal (Nominal value)	Error de longitud central (Central length error)	Incertidumbre de medida para longitud central (Measurement uncertainty for central length)	Variación de la longitud (Length variation)	Incertidumbre de medida para variación de la longitud (Measurement uncertainty for length variation)
	mm	µm	µm	µm	µm
940278	3.0988	0.141	0.029	0.080	0.030
LGH002	3.1242	0.031	0.029	0.110	0.030
LGH002	3.1496	0.131	0.029	0.090	0.030
LGH002	3.1750	0.051	0.029	0.070	0.030
LGH002	3.2004	0.061	0.029	0.030	0.030
LGH002	3.2258	0.121	0.029	0.120	0.030
LGH002	3.2512	0.011	0.029	0.120	0.030
LGH002	3.2766	0.091	0.029	0.100	0.030
LGH002	3.3020	0.131	0.029	0.090	0.030
LGH002	3.3274	0.031	0.029	0.070	0.030
LGH002	3.3528	0.041	0.029	0.120	0.030
LGH002	3.3782	0.001	0.029	0.050	0.030
LGH002	3.4036	0.061	0.030	0.080	0.030
LGH002	3.4290	-0.099	0.030	0.120	0.030
LGH002	3.4544	0.041	0.030	0.070	0.030
LGH002	3.4798	-0.029	0.030	0.100	0.030
LGH002	3.5052	-0.109	0.030	0.060	0.030
LGH002	3.5306	0.031	0.030	0.110	0.030
LGH002	3.5560	-0.009	0.030	0.080	0.030
LGH002	3.5814	-0.059	0.030	0.070	0.030
LGH002	3.6068	-0.019	0.030	0.070	0.030
LGH002	3.6322	0.051	0.030	0.120	0.030
LGH002	3.6576	-0.049	0.030	0.120	0.030
LGH002	3.6830	-0.019	0.030	0.030	0.030
LGH002	3.7084	0.051	0.030	0.120	0.030
LGH002	3.7338	0.041	0.030	0.120	0.030
LGH002	3.7592	0.034	0.030	0.090	0.030
LGH002	3.7846	-0.016	0.037	0.100	0.030
LGH002	3.8100	0.014	0.037	0.100	0.030
LGH002	5.0800	0.014	0.035	0.150	0.030
LGH002	6.3500	-0.269	0.039	0.070	0.030
LGH002	7.6200	0.101	0.040	0.100	0.030
LGH002	8.8900	0.043	0.046	0.040	0.030

Mess Servicios Metroológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. C.P. 76120. Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:

oscar@mess.com.mx

marypaz.cruz@mess.com.mx

calidad@mess.com.mx



Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir de 2010-08-18. En cumplimiento con la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente. "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".
(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18. In compliance with ISO / IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").

"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento a los estándares".



Resultados de la calibración
(Calibration results)

Número de serie (Serial number)	Valor nominal (Nominal value)	Error de longitud central (Central length error)	Incertidumbre de medida para longitud central (Measurement uncertainty for central length)	Variación de la longitud (Length variation)	Incertidumbre de medida para variación de la longitud (Measurement uncertainty for length variation)
	mm	µm	µm	µm	µm
LGH002	10.1600	0.074	0.074	0.070	0.030
LGH002	11.4300	-0.236	0.062	0.150	0.030
LGH002	12.7000	0.144	0.059	0.060	0.030
LGH002	13.9700	0.024	0.057	0.030	0.030
LGH002	15.2400	0.314	0.058	0.070	0.030
LGH002	16.5100	0.594	0.034	0.140	0.030
LGH002	17.7800	0.115	0.068	0.030	0.030
LGH002	19.0500	0.465	0.070	0.060	0.030
LGH002	20.3200	0.035	0.069	0.040	0.030
LGH002	21.5900	0.105	0.070	0.030	0.030
LGH002	22.8600	0.465	0.071	0.030	0.030
LGH002	24.1300	0.435	0.073	0.120	0.030
LGH002	25.4000	0.210	0.096	0.120	0.030
LGH002	50.8000	0.582	0.062	1.120	0.030
LGH002	76.2000	0.238	0.081	0.660	0.030
LGH002	101.6000	1.549	0.081	0.050	0.030

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. C.P. 76120. Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:

oscar@mess.com.mx

marypaz.cruz@mess.com.mx

calidad@mess.com.mx



Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir de 2010-08-18. En cumplimiento con la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente. "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".
(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18. In compliance with ISO / IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").

"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento a los estándares".

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

Los bloques presentan rayones en la superficie de medición.

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

A prescripción del cliente, se documenta y aplica la frecuencia de calibración..

Observaciones generales
(General observations)

- Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración del equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas practicas de uso y cuidado.
(It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices)

- El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
(The use of calibration results is the responsibility of the user)

- Los resultados y niveles de incertidumbres declarados en este certificado de calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
(The results and the level lo uncertainties declared in this calibration of certificate correspond exclusively to the instrument described at the momento of the calibration)

- Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
(The results presented in this certificate have traceability to national standards)

- La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de aproximadamente 95 %.
(The expanded uncertainty is expressed with a coverage factor of $k = 2$, which ensures a confidence level of approximately 95%).

- La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
(The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX- CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements")

Descripción del método:
(Description of method)

- La calibración consiste en la medición diferencial por comparación directa de los bloques patrones con los bloques a calibrar, empleando un comparador vertical electromecánico de doble palpador.
(Calibration consists of the differential measurement by direct comparison of the standard blocks with the blocks to be calibrated, using a double-probe electromechanical vertical comparator)

- El error de longitud central se obtiene del resultado de la comparación del bloque de referencia contra el que se desea calibrar.
(The central length error is obtained from the result of the comparison of the reference block against which it is desired to calibrate)

- La variación de la longitud es la máxima diferencia entre 2 mediciones sobre el IBC en corto intervalo de tiempo.
(The length variation is the maximum difference between 2 measurements on the IBC in a short time interval)

- Cuando el equipo se calibra en sistema inglés tomar en cuenta las siguientes referencias: 1 pulgada = 1 in (símbolo)= 1 inches (traducción).
(When the equipment is calibrated in the English system, take into account the following references: 1 inch = 1 in (symbol) = 1 inches (translation))

- Cuando el equipo se calibra en sistema inglés tomar en cuenta el siguiente factor de conversión 1 pulgada = 25.4 mm.
(When the equipment is calibrated in the English system, take into account the following conversion factor 1 inch = 25.4 mm)

- Calibración realizada en referencia al estándar: NMX-EC-3650-IMNC-2004 Especificaciones geométricas de producto - Patrones de longitud - Bloques patrón / ASME B89.1.9-2002 "Gage blocks".
(Calibration in reference to the standard NMX-EC-3650-IMNC-2004 Geometrical Product Specification - Length Standards - Gauge Block / ASME B89.1.9-2002 "Gage blocks")

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. C.P. 76120. Tel. (442) 1 96 49 38 y (442) 290 86 35.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de comunicarse a los siguientes correos:

oscar@mess.com.mx

marypaz.cruz@mess.com.mx

calidad@mess.com.mx