

Resultado de la Calibración
(Calibration Result)

Prueba: Exactitud del eje X (µm)				
Magnificación	Valor del patrón (µm)	Promedio µm (5 mediciones)	Error (µm)	Incertidumbre (µm) ±
Celestron MD 25X	20000.300	19995.2	-5.100	9.8
Celestron MD 35X	14000.300	13999.0	-1.300	7.0
Celestron MD 45X	10000.200	9998.4	-1.800	5.6
Celestron MD 180X	2000.100	1998.8	-1.300	1.8
Celestron MD 200X	2000.100	2000.4	0.300	1.7
Celestron MD 230X	2000.100	1998.4	-1.700	1.6

Prueba: Exactitud del eje Y (µm)				
Magnificación	Valor del patrón (µm)	Promedio µm (5 mediciones)	Error (µm)	Incertidumbre (µm) ±
Celestron MD 25X	10000.200	10003.8	3.600	9.8
Celestron MD 35X	6000.100	6000.0	-0.100	7.1
Celestron MD 45X	6000.100	6000.0	-0.100	5.7
Celestron MD 180X	1000.000	1004.2	4.200	1.9
Celestron MD 200X	1000.000	1004.2	4.200	1.8
Celestron MD 230X	1000.000	1000.0	5.400	1.7

Prueba: Magnificación del eje X (Píxeles)							
Magnificación	Adaptador de Montura	Valor del Pixel Cámara MicroDirect (µm)	Promedio µm (5 mediciones)	Error (%)	Error (Pixel)	Incertidumbre (%) ±	Incertidumbre (Pixel) ±
Celestron MD 25X	1x	3.5	1191	1.412%	16.588	0.045%	0.58
Celestron MD 35X	1x	3.5	1164	1.136%	13.076	0.045%	0.58
Celestron MD 45X	1x	3.5	1046	-1.038%	-10.971	0.045%	0.58
Celestron MD 180X	1x	3.5	866	2.415%	20.423	0.050%	0.64
Celestron MD 200X	1x	3.5	930	-1.014%	-9.530	0.050%	0.65
Celestron MD 230X	1x	3.5	1049	-2.912%	-31.459	0.052%	0.66

Prueba: Magnificación del eje Y (Píxeles)							
Magnificación	Adaptador de Montura	Valor del Pixel Cámara MicroDirect (µm)	Promedio µm (5 mediciones)	Error (%)	Error (Pixel)	Incertidumbre (%) ±	Incertidumbre (Pixel) ±
Celestron MD 25X	1x	3.5	604.0	-0.657%	-3.966	0.22%	1.6
Celestron MD 35X	1x	3.5	544.0	-7.348%	-39.971	0.081%	0.58
Celestron MD 45X	1x	3.5	627.0	3.355%	21.037	0.081%	0.58
Celestron MD 180X	1x	3.5	437.0	-1.139%	-4.975	0.089%	0.64
Celestron MD 200X	1x	3.5	468.0	2.570%	12.027	0.090%	0.65
Celestron MD 230X	1x	3.5	530.0	4.157%	22.032	0.092%	0.66

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

El error expresado, es considerando un lente o adaptador de montura interno, obtenido del promedio de los lentes, el cual es: 0.01 X.

Observaciones generales

(General observations)

- Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.

It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices.

- El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
The use of calibration results is the responsibility of the user.

- Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.

- Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
The results that appear in this certificate have traceability to national standards.

- La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.
The expanded uncertainty is expressed by a coverage factor of $k = 2$, which assures the confidence level of less than about 95%.

- La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"

Descripción del método:

(Description of Method)

- La calibración se realiza bajo condiciones donde el equipo opere correctamente llevando a cabo verificaciones contra patrón, validando condiciones de iluminación y movimiento de la platina si aplica.

The calibration is carried out under conditions where the equipment operates correctly carrying out checks against the standard, validating lighting and stage movement if this applies.

- Se lleva a cabo la comparación de lecturas del equipo contra el valor de las líneas de la escala graduada.
The comparison of readings of the equipment against the value of the scale lines is carried out.

-Calibración realizada en referencia a la norma JIS B 7153; las pruebas corresponden a las descritas en el procedimiento indicado en la hoja 1.
Calibration in reference to the JIS B 7143 standard; tests correspond to those described in the procedure indicated on sheet 1.