Resultados de calibración
(Calibration results)

Errores de palpado				
Distancia a la esfera	Tamaño		Forma	
	Valor	U (k=2)	Valor	U (k=2)
2 m	-0.0024	0.0026	0.0036	0.0025
10 m	-0.0052		0.0054	

Error de localización de palpado (prueba de dos caras)				
Distancia al SMR	Máximo	Rango	Promedio	U (k=2)
1.5	0.022	0.006	0.0124	0.0003
9	0.017	0.006	0.0149	

Errores de longitud*				
Posición	Distancia a la barra	Posición de la barra	Azimut	Error de indicación
1a	Cerca	Horizontal	0°	-0.0109
1b	Cerca	Horizontal	90°	-0.0092
1c	Cerca	Horizontal	180°	-0.0102
1d	Cerca	Horizontal	270°	-0.0095
2	Cerca	Vertical	0°	-0.0269
3	3 m	Horizontal	0°	-0.0029
4	3 m	Horizontal	90°	0.0031
5	3 m	Horizontal	180°	-0.0045
6	3 m	Horizontal	270°	-0.0065
7	3 m	Vertical	0°	-0.0355
8	3 m	Diagonal	0°	-0.0162
9	3 m	Diagonal	90°	-0.0189
10	3 m	Diagonal	180°	-0.0169
11	3 m	Diagonal	270°	-0.0212
12	6 m	Diagonal	0°	-0.0279
13	6 m	Diagonal	90°	-0.0169
14	6 m	Diagonal	180°	-0.0229
15	6 m	Diagonal	270°	-0.0239
16	6 m	Horizontal	0°	0.0165
17	6 m	Horizontal	90°	0.0101
18	6 m	Horizontal	180°	0.0158
19	6 m	Horizontal	270°	-0.0049
20	Cerca	Horizontal	0°	-0.0189
21	Cerca	Horizontal	90°	-0.0209
22	Cerca	Horizontal	180°	-0.0195
23	Cerca	Horizontal	270°	-0.0215
24	Cerca	Vertical	0°	-0.0309
25	Cerca	Diagonal	0°	-0.0185
26	Cerca	Diagonal	90°	-0.0322
27	Cerca	Diagonal	180°	-0.0279
28	Cerca	Diagonal	270°	-0.0199

U (k=2)	0.0064

Todos los valores en mm