

Resultado de la Calibración

(Calibration Result)

Prueba de exactitud eje X									
(X axis accuracy test)									
Valor del Patrón (Standard Value) (mm)	1a (mm)	2a (mm)	3a (mm)	4a (mm)	5a (mm)	6a (mm)	Valor del promedio (Average Value) (mm)	Error (mm)	U _{exp} (mm)
0.9990	0.999	0.999	0.999	1.000	0.999	1.000	0.999	0.0003	0.0018
1.9990	1.999	1.999	2.000	2.000	2.000	1.999	2.000	0.0005	0.0019
3.9990	3.999	3.999	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0.0007	0.0018
5.9990	6.000	6.000	5.999	6.000	5.999	6.000	6.000	0.0007	0.0018
7.9990	7.998	7.999	8.000	7.999	7.999	7.999	7.999	0.0000	0.0020
9.9990	9.999	10.000	10.000	10.000	10.000	9.999	10.000	0.0007	0.0019
11.9990	11.999	11.998	12.000	11.999	11.998	11.999	11.999	-0.0002	0.0022
13.9990	13.998	13.999	13.998	13.999	13.998	13.999	13.999	-0.0005	0.0019
15.9990	16.000	15.998	15.998	16.000	15.998	15.999	15.999	-0.0002	0.0027
17.9990	17.998	17.999	17.999	17.999	17.999	17.998	17.999	-0.0003	0.0018
19.9990	19.999	19.998	19.998	19.998	19.999	19.998	19.998	-0.0007	0.0018
40.0000	39.998	39.999	40.000	40.000	39.998	40.000	39.999	-0.0008	0.0027
60.0000	59.998	59.999	59.998	59.998	59.998	59.999	59.998	-0.0017	0.0020
Condiciones de la medición									
(Measurement condition)									
Lente de ampliación (Amplification lens):	10X								
Alcance (Range):	60 mm								
Resolución (Resolution):	0.001 mm								

Prueba de exactitud eje Y									
(Y axis accuracy test)									
Valor del Patrón (Standard Value) (mm)	1a (mm)	2a (mm)	3a (mm)	4a (mm)	5a (mm)	6a (mm)	Valor del promedio (Average Value) (mm)	Error (mm)	U _{exp} (mm)
0.9990	1.000	1.001	1.000	1.001	1.000	1.000	1.000	0.0013	0.0018
1.9990	2.000	1.999	1.998	1.999	1.999	2.000	1.999	0.0002	0.0022
2.9990	2.999	2.999	3.000	3.000	3.000	2.999	3.000	0.0005	0.0019
3.9990	4.001	4.001	3.999	4.001	4.001	4.000	4.001	0.0015	0.0024
4.9990	4.999	5.000	4.999	5.000	5.000	4.999	5.000	0.0005	0.0019
5.9990	5.999	6.000	5.998	5.999	5.999	5.998	5.999	-0.0002	0.0022
6.9990	6.999	7.000	6.999	7.000	6.999	7.000	7.000	0.0005	0.0019
7.4990	7.501	7.500	7.501	7.501	7.500	7.501	7.501	0.0017	0.0018
7.9990	8.001	7.999	7.999	8.000	8.000	8.000	8.000	0.0008	0.0022
8.4990	8.501	8.499	8.501	8.500	8.499	8.501	8.500	0.0012	0.0027
9.0000	8.999	8.998	9.000	9.000	8.999	8.999	8.999	-0.0008	0.0022
9.9990	9.999	10.001	9.999	10.000	10.000	10.001	10.000	0.0010	0.0025
11.9990	11.998	11.999	12.000	11.998	11.999	12.000	11.999	0.0000	0.0025
Condiciones de la medición									
(Measurement condition)									
Lente de ampliación (Amplification lens):	10X								
Alcance (Range):	13 mm								
Resolución (Resolution):	0.001 mm								

Prueba de exactitud angular								
(Angular accuracy test)								
Valor del Ángulo (Angle Value) (°)	1a	2a	3a	4a	5a	Valor del promedio (Average Value) (°)	Error (°)	U _{exp} (°)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Condiciones de la medición								
(Measurement condition)								
Lente de ampliación (Amplification lens):	-----							
Alcance (Range):	-----							
Resolución (Resolution):	-----							

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

Sin comentarios.

Observaciones generales

(General observations)

- Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.

It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices.

- El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.

The use of calibration results is the responsibility of the user.

- Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.

The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.

- Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.

The results that appear in this certificate have traceability to national standards.

- La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.

The expanded uncertainty is expressed by a coverage factor of $k = 2$, which assures the confidence level of less than about 95%.

- La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".

The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"

Descripción del método:

(Description of Method)

-La calibración se realiza bajo condiciones donde el equipo opere correctamente llevando a cabo verificaciones contra patrón, validando condiciones de iluminación y movimiento de los ejes X y Y.

The calibration is performed under conditions where the equipment operates correctly carrying out checks against the pattern, validating lighting and movement conditions of the X and Y axes.

-Se lleva a cabo la comparación de lecturas del equipo en cuanto al desplazamiento del eje X contra el valor de las líneas de la escala.

The comparison of readings of the equipment regarding the displacement of the X axis against the value of the scale lines is carried out.

-Posteriormente se coloca la escala en sentido perpendicular y hace la comparación de lecturas de desplazamiento del eje Y contra el valor de las líneas de la escala.

Then the scale is placed perpendicularly and makes the comparison of displacement readings of the Y axis against the value of the lines of the scale.

-La prueba de exactitud angular se determina comparando contra las líneas de una retícula angular.

The angular accuracy test is determined by comparing against the lines of an angular grid.

-Calibración realizada en referencia a la norma JIS B 7184; las pruebas corresponden a las descritas en el procedimiento indicado en la hoja 1.

Calibration in reference to the JIS B 7184 standard; tests correspond to those described in the procedure indicated on sheet 1.