

Resultado de la Calibración (Calibration Result)									
Calibración de la componente vertical (Vertical component calibration)									
Mediciones (Measurements)	1a (mm)	2a (mm)	3a (mm)	4a (mm)	5a (mm)	Promedio (Average) (mm)	Valor del patrón (Pattern Value) (mm)	Error (mm)	U exp k=2 (μm)
a1	2.0012	2.0016	2.0014	2.0009	2.0014	2.0013	2.0001	0.0012	0.71
a2	5.0017	5.0015	5.0021	5.0018	5.0024	5.0019	5.0000	0.0019	0.71
a3	10.0025	10.0024	10.0027	10.0016	10.0022	10.0023	10.0000	0.0023	0.71
a4	20.0029	20.0022	20.0018	20.0016	20.0020	20.0021	19.9999	0.0022	0.71
Condiciones de la medición (Measurement Condition)									
Intervalo de medición (Measurement Range): 60 mm						Espaciamiento (Pitch): 0.001 mm			
Velocidad (Speed): 0.5 mm/s						Longitud de evaluación (Evaluation length): 40 mm			

Calibración del sistema de coordenadas (Coordinate System Calibration)									
Mediciones (Measurements)	1a (mm)	2a (mm)	3a (mm)	4a (mm)	5a (mm)	Promedio (Average) (mm)	Valor del patrón (Pattern Value) (mm)	Error (mm)	U exp (μm)
ac1	2.0012	2.0014	2.0017	2.0019	2.0019	2.0016	2.0001	0.0015	0.71
ac2	5.0020	5.0016	5.0013	5.0022	5.0023	5.0019	5.0000	0.0019	0.71
ac3	10.0020	10.0027	10.0025	10.0033	10.0026	10.0026	10.0000	0.0026	0.71
ac4	20.0035	20.0022	20.0030	20.0035	20.0018	20.0028	19.9999	0.0029	0.83
Condiciones de la medición (Measurement Condition)									
Intervalo de medición (Measurement Range): 60 mm						Espaciamiento (Pitch): 0.001 mm			
Velocidad (Speed): 0.5 mm/s						Longitud de evaluación (Evaluation length): 40 mm			

Calibración total del Perfilómetro (Total Profile Calibration)									
Mediciones (Measurements)	1a (mm)	2a (mm)	3a (mm)	4a (mm)	5a (mm)	Promedio (Average) (mm)	Valor del patrón (Pattern Value) (mm)	Error (mm)	U exp k=2 (μm)
Z1	2.4993	2.4991	2.4995	2.4998	2.4997	2.4995	2.5018	-0.0023	3.6
Z2	2.5009	2.5014	2.5013	2.5019	2.5014	2.5014	2.5028	-0.0014	3.6
Z3	0.3592	0.3587	0.3577	0.3586	0.3579	0.3584	0.3600	-0.0016	3.6
R1	2.4938	2.4935	2.4942	2.4930	2.4936	2.4936	2.4953	-0.0017	3.1
R2	6.3479	6.3481	6.3483	6.3479	6.3484	6.3481	6.3498	-0.0017	0.71
X1	6.9977	6.9982	6.9976	6.9973	6.9980	6.9978	6.9963	0.0015	3.3
X2	12.0036	12.0042	12.0044	12.0039	12.0048	12.0042	12.0026	0.0016	3.4
X3	13.0052	13.0059	13.0060	13.0055	13.0056	13.0056	13.0037	0.0019	3.4
X4	14.0048	14.0056	14.0057	14.0062	14.0060	14.0057	14.0043	0.0014	3.4
X5	15.0041	15.0046	15.0052	15.0049	15.0053	15.0048	15.0032	0.0016	3.4
X6	16.0055	16.0058	16.0062	16.0055	16.0051	16.0056	16.0036	0.0020	3.4
Mediciones (Measurements)	(°)	(°)	(°)	(°)	(°)	(°)	(°)	(°)	(°)
W1	90.0235	90.0411	90.0146	90.0254	90.0178	90.0245	89.9703	0.0542	0.064
Condiciones de la medición (Measurement Condition)									
Intervalo de medición (Measurement Range): 60 mm						Espaciamiento (Pitch): 0.001 mm			
Velocidad (Speed): 0.5 mm/s						Longitud de evaluación (Evaluation length): 26 mm			

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

Sin comentarios.

Observaciones generales

(General observations)

- Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.

It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices.

- El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.

The use of calibration results is the responsibility of the user.

- Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.

The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.

- Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.

The results that appear in this certificate have traceability to national standards.

- La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.

The expanded uncertainty is expressed by a coverage factor of $k = 2$, which assures the confidence level of less than about 95%.

- La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".

The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"

Descripción del método:

(Description of Method)

- La calibración se realiza bajo condiciones donde el equipo opere correctamente llevando a cabo verificaciones contra patrón y validando condiciones del palpador.

The calibration is carried out under conditions where the equipment operates correctly by carrying out checks against the pattern and validating the probe conditions.

- La prueba de la calibración de la componente vertical refiere a las alturas de los bloques patrón, así mismo para valorar el sensor.

The calibration test of the vertical component refers to the heights of the standard blocks, as well as to assess the sensor.

- En cuanto a la calibración del sistema de coordenadas se lleva a cabo la prueba anterior con los bloques patrón a un ángulo de 45°.

As for the calibration of the coordinate system, the previous test is carried out with the standard blocks at an angle of 45 °.

- Calibración total del perfilómetro se realiza con ayuda de un patrón de contronos donde se miden alturas, ángulos y radios.

Total calibration of the profilometer is performed with the help of a pattern of controns where heights, angles and radii are measured.