

Resultado de la Calibración (Calibration Result)									
Calibración de la componente vertical (Vertical component calibration)									
Mediciones (Measurements)	1a (mm)	2a (mm)	3a (mm)	4a (mm)	5a (mm)	Promedio (Average) (mm)	Valor del patrón (Pattern Value) (mm)	Error (mm)	U exp k=2 (μm)
a1	4.0014	4.0014	4.0011	4.0012	4.0009	4.0012	4.0001	0.0011	0.78
a2	5.0012	5.0005	5.0007	5.0004	5.0010	5.0008	5.0001	0.0007	0.81
a3	10.0023	10.0029	10.0026	10.0022	10.0017	10.0023	10.0003	0.0021	0.85
a4	20.0009	20.0010	20.0009	20.0004	20.0008	20.0008	20.0000	0.0009	0.80
Condiciones de la medición (Measurement Condition)									
Intervalo de medición (Measurement Range): 40 mm						Espaciamiento (Pitch): 0.001 mm			
Velocidad (Speed): 0.5 mm/s						Longitud de evaluación (Evaluation length): 40 mm			

Calibración del sistema de coordenadas (Coordinate System Calibration)									
Mediciones (Measurements)	1a (mm)	2a (mm)	3a (mm)	4a (mm)	5a (mm)	Promedio (Average) (mm)	Valor del patrón (Pattern Value) (mm)	Error (mm)	U exp (μm)
ac1	4.0001	4.0001	4.0000	3.9998	3.9997	3.9999	4.0001	-0.0001	0.77
ac2	5.0010	5.0008	5.0013	5.0002	5.0013	5.0009	5.0001	0.0008	0.86
ac3	10.0005	10.0004	10.0006	10.0004	10.0003	10.0004	10.0003	0.0002	0.76
ac4	19.9992	19.9991	19.9998	19.9995	19.9995	19.9994	20.0000	-0.0005	0.81
Condiciones de la medición (Measurement Condition)									
Intervalo de medición (Measurement Range): 40 mm						Espaciamiento (Pitch): 0.001 mm			
Velocidad (Speed): 0.5 mm/s						Longitud de evaluación (Evaluation length): 40 mm			

Calibración total del Perfilómetro (Total Profile Calibration)									
Mediciones (Measurements)	1a (mm)	2a (mm)	3a (mm)	4a (mm)	5a (mm)	Promedio (Average) (mm)	Valor del patrón (Pattern Value) (mm)	Error (mm)	U exp k=2 (μm)
Z1	2.5044	2.5046	2.5040	2.5042	2.5039	2.5042	2.5030	0.0012	3.7
Z2	2.5016	2.5025	2.5023	2.5018	2.5019	2.5020	2.5039	-0.0019	3.7
Z3	0.3765	0.3765	0.3745	0.3765	0.3751	0.3758	0.3744	0.0014	3.8
R1	2.4927	2.4912	2.4887	2.4909	2.4912	2.4909	2.4900	0.0009	3.3
R2	6.3486	6.3492	6.3499	6.3492	6.3482	6.3490	6.3488	0.0002	0.96
X1	6.9974	6.9976	6.9968	6.9982	6.9968	6.9974	6.9973	0.0001	3.3
X2	12.0191	12.0208	12.0170	12.0193	12.0178	12.0188	12.0192	-0.0004	3.6
X3	13.0176	13.0203	13.0196	13.0199	13.0202	13.0195	13.0188	0.0007	3.5
X4	14.0178	14.0210	14.0194	14.0185	14.0189	14.0191	14.0196	-0.0005	3.6
X5	15.0196	15.0208	15.0171	15.0207	15.0193	15.0195	15.0196	-0.0001	3.7
X6	16.0210	16.0214	16.0216	16.0122	16.0208	16.0194	16.0200	-0.0006	5.0
Mediciones (Measurements)	(°)	(°)	(°)	(°)	(°)	(°)	(°)	(°)	(°)
W1	90.0322	89.9913	90.0057	90.0239	90.0221	90.0150	90.0120	0.0030	0.70
Condiciones de la medición (Measurement Condition)									
Intervalo de medición (Measurement Range): 40 mm						Espaciamiento (Pitch): 0.001 mm			
Velocidad (Speed): 0.5 mm/s						Longitud de evaluación (Evaluation length): 26 mm			

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

Sin comentarios.

Observaciones generales

(General observations)

- Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.

It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices.

- El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.

The use of calibration results is the responsibility of the user.

- Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.

The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.

- Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.

The results that appear in this certificate have traceability to national standards.

- La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.

The expanded uncertainty is expressed by a coverage factor of $k = 2$, which assures the confidence level of less than about 95%.

- La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".

The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"

Descripción del método:

(Description of Method)

- La calibración se realiza bajo condiciones donde el equipo opere correctamente llevando a cabo verificaciones contra patrón y validando condiciones del palpador.

The calibration is carried out under conditions where the equipment operates correctly by carrying out checks against the pattern and validating the probe conditions.

- La prueba de la calibración de la componente vertical refiere a las alturas de los bloques patrón, así mismo para valorar el sensor.

The calibration test of the vertical component refers to the heights of the standard blocks, as well as to assess the sensor.

- En cuanto a la calibración del sistema de coordenadas se lleva a cabo la prueba anterior con los bloques patrón a un ángulo de 45°.

As for the calibration of the coordinate system, the previous test is carried out with the standard blocks at an angle of 45 °.

- Calibración total del perfilómetro se realiza con ayuda de un patrón de contronos donde se miden alturas, ángulos y radios.

Total calibration of the profilometer is performed with the help of a pattern of controns where heights, angles and radii are measured.