

Resultado de la Calibración

Calibration Result

Calibración de la componente vertical									
Vertical component calibration									
Mediciones (Measurements)	1a (mm)	2a (mm)	3a (mm)	4a (mm)	5a (mm)	Promedio (Average) (mm)	Valor del patrón (Pattern Value) (mm)	Error (mm)	U exp k=2 (μm)
a1	0.9985	0.9988	0.9985	1.0000	0.9988	0.9989	1.0000	-0.0011	0.72
a2	1.9986	2.0000	1.9999	1.9989	2.0000	1.9995	2.0001	-0.0006	0.76
a3	4.0012	4.0009	4.0003	4.0005	4.0013	4.0008	4.0000	0.0008	0.71
a4	10.0010	10.0009	10.0011	10.0008	10.0012	10.0010	10.0000	0.0010	0.71
Condiciones de la medición									
Measurement Condition									
Intervalo de medición (Measurement Range): 50 mm							Espaciamento (Pitch): 0.001 mm		
Velocidad (Speed): 0.6 mm/s							Longitud de evaluación (Evaluation length): 40 mm		

Calibración del sistema de coordenadas									
Coordinate System Calibration									
Mediciones (Measurements)	1a (mm)	2a (mm)	3a (mm)	4a (mm)	5a (mm)	Promedio (Average) (mm)	Valor del patrón (Pattern Value) (mm)	Error (mm)	U exp (μm)
ac1	1.0006	1.0005	1.0002	1.0006	1.0007	1.0005	1.0000	0.0005	0.71
ac2	1.9999	2.0007	2.0001	1.9999	2.0010	2.0003	2.0001	0.0002	0.71
ac3	4.0006	4.0008	4.0010	4.0005	4.0008	4.0007	4.0000	0.0007	0.71
ac4	10.0014	10.0009	10.0010	10.0011	10.0012	10.0011	10.0000	0.0011	0.71
Condiciones de la medición									
Measurement Condition									
Intervalo de medición (Measurement Range): 50 mm							Espaciamento (Pitch): 0.001 mm		
Velocidad (Speed): 0.6 mm/s							Longitud de evaluación (Evaluation length): 40 mm		

Calibración total del Perfilómetro									
Total Profile Calibration									
Mediciones (Measurements)	1a (mm)	2a (mm)	3a (mm)	4a (mm)	5a (mm)	Promedio (Average) (mm)	Valor del patrón (Pattern Value) (mm)	Error (mm)	U exp k=2 (μm)
Z1	2.5024	2.5031	2.5028	2.5025	2.5010	2.5024	2.5015	0.0009	3.7
Z2	2.5027	2.5037	2.5032	2.5029	2.5032	2.5031	2.5022	0.0009	3.6
Z3	0.3781	0.3764	0.3767	0.3769	0.3763	0.3769	0.3757	0.0012	3.7
R1	2.4861	2.4858	2.4865	2.4866	2.4861	2.4862	2.4873	-0.0011	3.0
R2	6.3498	6.3496	6.3497	6.3498	6.3495	6.3497	6.3501	-0.0004	0.72
X1	6.9988	6.9981	6.9987	6.9979	6.9975	6.9982	6.9971	0.0011	3.3
X2	12.0173	12.0159	12.0173	12.0166	12.0165	12.0167	12.0174	-0.0007	3.4
X3	13.0158	13.0156	13.0162	13.0152	13.0163	13.0158	13.0160	-0.0002	3.4
X4	14.0156	14.0157	14.0167	14.0156	14.0155	14.0158	14.0155	0.0003	3.4
X5	15.0164	15.0154	15.0162	15.0160	15.0155	15.0159	15.0160	-0.0001	4.4
X6	16.0158	16.0163	16.0178	16.0164	16.0167	16.0166	16.0166	0.0000	3.4
Mediciones (Measurements)	(°)	(°)	(°)	(°)	(°)	(°)	(°)	(°)	(°)
W1	89.9380	89.9959	89.9848	89.9921	90.0404	89.9902	89.9950	-0.0048	0.098
Condiciones de la medición									
Measurement Condition									
Intervalo de medición (Measurement Range): 50 mm							Espaciamento (Pitch): 0.001 mm		
Velocidad (Speed): 0.6 mm/s							Longitud de evaluación (Evaluation length): 26 mm		

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

Sin comentarios.

Observaciones generales

(General observations)

- **Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración de su equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas prácticas de uso y cuidado.**

It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices.

- **El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.**

The use of calibration results is the responsibility of the user.

- **Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.**

The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of the calibration.

- **Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.**

The results that appear in this certificate have traceability to national standards.

- **La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de al menos el 95% aproximadamente.**

The expanded uncertainty is expressed by a coverage factor of $k = 2$, which assures the confidence level of less than about 95%.

- **La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".**

The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements"

Descripción del método:

(Description of Method)

- **La calibración se realiza bajo condiciones donde el equipo opere correctamente llevando a cabo verificaciones contra patrón y validando condiciones del palpador.**

The calibration is carried out under conditions where the equipment operates correctly by carrying out checks against the pattern and validating the probe conditions.

- **La prueba de la calibración de la componente vertical refiere a las alturas de los bloques patrón, así mismo para valorar el sensor.**

The calibration test of the vertical component refers to the heights of the standard blocks, as well as to assess the sensor.

- **En cuanto a la calibración del sistema de coordenadas se lleva a cabo la prueba anterior con los bloques patrón a un ángulo de 45°.**

As for the calibration of the coordinate system, the previous test is carried out with the standard blocks at an angle of 45 °.

- **Calibración total del perfilómetro se realiza con ayuda de un patrón de contronos donde se miden alturas, ángulos y radios.**

Total calibration of the profilometer is performed with the help of a pattern of controns where heights, angles and radii are measured.

- **Calibración realizada en referencia a la norma ISO 12179; las pruebas corresponden a las descritas en el procedimiento indicado en la hoja 1.**