

Resultado de medición
(Result of measurement)

Incertidumbre de medida (Measurement uncertainty)	(1.1 + 0.004 0 * L) μm; L en mm
--	-----------------------------------

Punto (Point)	Parámetro (Parameter)	Valor nominal (Nominal value)	Valor medido (Measurement value)	Error de medida (Measurement error)	Tolerancias (Tolerances)	
		mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	+/-
1	Diámetro Go	7.904 48	7.904 70	0.000 22	0.001 78	0.000 00
		(0.311 200 0)	(0.311 208 7)	(0.000 008 7)	(0.000 070 0)	(0.000 000 0)
2	Diámetro No Go	8.026 40	8.026 22	-0.000 18	0.000 00	0.001 78
		(0.316 000 0)	(0.315 992 9)	-(0.000 007 1)	(0.000 000 0)	(0.000 070 0)

Condiciones del instrumento:
(Instrument conditions)

Las superficies de medición del lado no go presentan rayones y óxido. (The measuring surfaces of the side not go have scratches and rust.)

Requerimientos del cliente:
(Customer requirements)

A solicitud del cliente se expresa lo siguiente: (At the client's request the following is expressed:) Estatus encontrado: Se encuentra en condiciones de medición. (As found: It is in measurement conditions) Estatus dejado: Se deja en las mismas condiciones (As left: It is left in the same conditions.) No hay resultados previos puesto que no es posible realizar ajuste y los valores reportados son la única medición necesaria para validarlo. (There are no previous results because it is not posible to do any adjustment, and the values reported are the only measurements to validate it.). Las tolerancias y los valores nominales mostrados en la tabla de resultados de medición fueron proporcionadas por el cliente. (The tolerances and the nominal values shown in the calibration result tables were given by the customer.)
--

Observaciones generales

(General observations)

- Es responsabilidad del usuario establecer la fecha de recalibración del equipo. El tiempo y validez de los resultados informados en este documento depende de las características propias del equipo, de las condiciones de operación y de las buenas practicas de uso y cuidado.
(It is the responsibility of the user to set the recalibration date of his/her equipment. The time and validity of the results reported in this document depends on the characteristics of the equipment, the operating conditions and good use and care practices)

- El uso de los resultados de la calibración queda a consideración del usuario.
(The use of calibration results is the responsibility of the user)

- Los resultados y niveles de incertidumbres declarados en este informe de medición corresponden exclusivamente al instrumento descrito en la hoja 1.
(The results and the level of uncertainties declared in this measurement inform correspond exclusively to the instrument described sheet 1.)

- Los resultados que se presentan en este certificado tienen trazabilidad a patrones nacionales.
(The results presented in this certificate have traceability to national standards)

- La incertidumbre expandida se expresa con un factor de cobertura de $k=2$, que asegura un nivel de confianza de al menos 95 % aproximadamente.
(The expanded uncertainty is expressed by a coverage factor of $k=2$, which assures the confidence level of less than about 95 %)

- La incertidumbre de medida fue estimada según la NMX-CH-140-IMNC-2002 "Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones".
(The uncertainty of the measurement was estimated according to the NMX- CH-140-IMNC-2002 "Guide for the expression of uncertainty in the measurements")

Descripción del método:

(Description of method)

- Medición directa del IBC con la máquina de medición uniaxial.
(Direct measurement of the IBC with the uniaxial measuring machine)

- El valor medido se obtiene de un promedio de cinco mediciones realizadas para cada parámetro.
(The measured value is obtained from an average of five measurements made for each parameter)

- Cuando el equipo se calibra en sistema inglés tomar en cuenta las siguientes referencias: 1 pulgada = 1 in (símbolo)= 1 inches (traducción).
(When the equipment is calibrated in the English system, consider the following references: 1 inch = 1 in (symbol) = 1 inches (translation))

- Cuando el equipo se calibra en sistema inglés tomar en cuenta el siguiente factor de conversión 1 pulgada = 25.4 mm.
(When the equipment is calibrated in the English system, consider the following conversion factor 1 inch = 25.4 mm)