

Patrón Nacional de Longitud
CENAM:CNM-PNM-2

PATRÓN PRIMARIO: CENAM

Máquina de redondez

Marca: Mitutoyo
No. de serie: 800010809
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-568/2022

Bloques patron:

Certificado de calibración CENAM :
CNM-CC-740-188/2023

Máquina Uniaxial

Serie: 2836
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-023/2023

Interferómetro Láser

Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-157/2021

Esfera Patrón

Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-118/2023

*PATRÓN DE REFERENCIA CENAM
CALIBRADO POR: CENAM*

Patrón de Redondez
ID: MESS-P-RED-21

Marca: Taylor Hobson
Modelo: 112/4319-01 UC
No. Serie: P4334
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-299/2023
Alcance calibrado:
Diámetro: 25.00 mm
Incertidumbre:
Diámetro: 0.3 μm
1 mm abajo del ecuador: 0.016 μm a 0.026 μm
Ecuador: 0.016 μm a 0.026 μm
1 mm abajo del ecuador: 0.017 μm a 0.026 μm
Vigencia: 2027-05

*PATRÓN DE REFERENCIA MESS
CALIBRADO POR: CENAM*

Item calibrado

U=Ver certificado de calibración

ITEM DEL CLIENTE

Elaboró:



Ing. María Guadalupe Suárez Palomino

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing. Brenda E. Morales Gracia.



Fecha de revision: 2023-06-09