

Patrón Nacional de Longitud
CENAM: CNM-PNM-2

PATRÓN PRIMARIO: CENAM

CMM
Marca: Mitutoyo Legex 9106
No. de serie: 30155141
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-021/2022

Bloque patrón de 20 mm
Marca: Mitutoyo
Serie: 997067
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-440/2023

Regla de pasos KOBA
Serie: 970410/102K
Certificado de Calibración D-K:
D-K-15007-01-00 28756 2022-09

CMM
Marca: Mitutoyo Legex 9106
No. de serie: 30155141
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-036/2024

Bloque patrón de 20 mm
Marca: Mitutoyo
Serie: 997067
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-441/2023

Juego de tres bloques patrón
700 mm, 800 mm, 900 mm
Serie: 201311 MB244
Certificado de Calibración PTB:
51045 PTB 23

CMM
Marca: Mitutoyo Legex 9106
No. de serie: 30155141
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-036/2024

Bloque patrón de 20 mm
Marca: Mitutoyo
Serie: 997067
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-440/2023

Regla de pasos KOBA
Serie: 970410/102K
Certificado de Calibración D-K:
D-K-15007-01-00 28756 2022-09

PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR: CENAM/ D-K

Bloque patrón
ID: MESS-P-BLO-75
Marca: S/R
Modelo: 700 mm
Serie: 130016
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-599/2023
Alcance calibrado: 700 mm
Incertidumbre:
Longitud central: U= 0.46 µm
Vigencia: 2025-10

Bloque patrón
ID: MESS-P-BLO-76
Marca: Feinmess Jena
Modelo: 700 mm
No. serie: 130005
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-549/2023
Alcance calibrado: 700 mm
Incertidumbre:
Longitud central: U= 0.46 µm
Vigencia: 2025-09

Bloque patrón
ID: MESS-P-BLO-07
Marca: S/R
Modelo: 700 mm
No. serie: 070013
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-335/2024
Alcance calibrado: 700 mm
Incertidumbre:
Longitud central: U= 0.46 µm
Vigencia: 2026-07

Bloque patrón
ID: MESS-P-BLO-58
Marca: S/R
Modelo: S/R
No. serie: 070020
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-135/2024
Alcance calibrado: 700 mm
Incertidumbre:
Longitud central: U= 0.46 µm
Vigencia: 2026-03

Bloque patrón
ID: MESS-P-BLO-07_4
Marca: Feinmess Jena
Modelo: S/R
No. serie: 130028
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-069/2024
Alcance calibrado: 700 mm
Incertidumbre:
Longitud central: U= 0.47 µm
Vigencia: 2026-02

PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR: CENAM

Item calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. María Guadalupe Suárez Palomino

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz

Aprobó:



Ing. Adolfo Isaí Reyes Durán



Fecha de revisión: 2024-07-29