

**Patrón Nacional de Temperatura CENAM :
CNM-PNE-2**

PATRÓN PRIMARIO :CENAM

PT Ar
No.Serie: ArNRC-01
PT Hg
No.Serie: Hg002
PT_{H2O}
No.Serie: 822
PS Sn
No.Serie: Sn93-2
PS Zn
No.Serie: Sn93-2
PS Al

*PATRÓN DE REFERENCIA CENAM
CALIBRADO POR: CENAM*

**Secondary Platinum Resistance
Thermometer (SPRT)
ID: MESS-P-PRT-03**

Marca: FLUKE
Modelo: 5626
Serie: 4758
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-420-161/2021
Alcance calibrado: -200 °C a 660 °C
Incertidumbre:
U= Ver Certificado de Calibración

*PATRÓN DE REFERENCIA MESS
CALIBRADO POR: CENAM*

**Termómetro digital
ID: MESS-A-TER-26**

Marca: Testo
Modelo: 720
No. de serie: 03462443
Certificado de Calibración MESS:
MESS-CC-TEP-0153/2022
Alcance calibrado: -0.40 °C a 30.30 °C
Incertidumbre: U= 0.080 °C
Vigencia: 2024-03

*PATRÓN DE REFERENCIA MESS
CALIBRADO POR: MESS*

Item del cliente

ITEM DEL CLIENTE

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. Maria Guadalupe Suárez Palomino

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing. José Miguel Martínez Cruz



Fecha de revisión: 2022-09-15