

**Patrón Nacional de Temperatura**  
**CENAM: CNM-PNE-2**

*PATRÓN PRIMARIO: CENAM*

**SPRT Pt 25.5  $\Omega$**   
**MA-RTD33/13**  
Certificado de Calibración CENAM:  
CNM-CC-420-114/2021  
U= 1.4 m°C a 3.0 m°C

**SPRT Pt 25.5  $\Omega$**   
**MA-RTD36/14**  
Certificado de Calibración CENAM:  
CNM-CC-420-115/2021  
U= 1.1 m°C a 5.8 m°C

*PATRONES DE REFERENCIA : METAS*  
*CALIBRADOS POR : CENAM*

**Pozo Seco**  
**ID: MESS-P-PS-02**  
Marca: Fluke  
Modelo: 9170  
No. de Serie: B86320  
Certificado de calibración METAS:  
12-671-2  
Alcance calibrado: -45 °C a 140 °C  
Incertidumbre:  
MSU= 0.015 °C a 0.023 °C  
MHTGU= 0.23 m°C a 16 m°C

*PATRONES DE REFERENCIA MESS*  
*CALIBRADOS POR : METAS*

**Termómetro digital**  
**ID: MESS-A-TER-38**  
Marca: Testo  
Modelo: 720  
No. de serie: 03105579  
Certificado de Calibración MESS:  
MESS-CC-TGP-0102/2023  
Alcance calibrado: -0.40 °C a 29.90 °C  
Incertidumbre:  
U= 0.080 °C  
Vigencia: 2025-02

*PATRONES DE REFERENCIA MESS*  
*CALIBRADOS POR: MESS*

**Item calibrado**

*ITEM DEL CLIENTE*

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:  
  
Ing. Maria Guadalupe Suárez Palomino

Revisó:  
  
Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:  
  
Ing. José Miguel Martínez Cruz



Fecha de revisión: 2023-02-25