

Patrón Nacional de Longitud
CENAM:CNM-PNM-2

PATRÓN PRIMARIO:CENAM

Microscopio

Marca: Leitz
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-070/2024

*PATRÓN DE REFERENCIA CENAM
CALIBRADO POR:CENAM/CI-UNAM*

Retícula de 8 círculos
ID: MESS-P-RET-23

Marca: ZEISS
Modelo: S/R
No. Serie: S/R
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-253/2024
Alcance calibrado:0.060 mm a 3.501 mm
Incertidumbre:
Diámetro U= 0.001 mm
Vigencia: 2029-06


*PATRÓN DE REFERENCIA MESS
CALIBRADO POR:CENAM*

Item calibrado

U=Ver certificado de calibración

ITEM DEL CLIENTE

Elaboró:



Ing. María Guadalupe Suárez Palomino

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing. Joyce Cabello Corona



Fecha de revision: 2022-09-14