

**Patrón Nacional del:
NIST**

PATRÓN PRIMARIOS:NIST

Standardized Laboratory Machines
No.Serie: NAM7
Calibrado por BUEHLER con acreditación:
a2La #2237.01

Standardized Laboratory Machines
No.Serie: LAB 216
Calibrado por BUEHLER con acreditación:
a2La #2237.01

PATRONES DE REFERENCIA: David Ellis/BUEHLER

**Patrón de dureza 63.88 HRC
ID: MESS-P-HRCA-013**
Marca: BUEHLER
Modelo: 9203191
No. de serie: 24W74330
Certificado de calibración BUEHLER:
24W74330
Alcance calibrado: 63.88 HRC
Incertidumbre: U= 0.20 HRC
Fecha de calibración: 2024-10

**Patrón de dureza 23.95 HRC
ID: MESS-P-HRCB-013**
Marca: BUEHLER
Modelo: 9203111
No. de serie: 24W72490
Certificado de calibración BUEHLER:
24W72490
Alcance calibrado: 23.95 HRC
Incertidumbre:U= 0.22 HRC
Fecha de calibración: 2024-09

**Patrón de dureza 41.77 HRC
ID: MESS-P-HRCM-013**
Marca: BUEHLER
Modelo: 9203151
No. de serie: 24W73098
Certificado de calibración BUEHLER:
24W73098
Alcance calibrado: 41.77 HRC
Incertidumbre:U= 0.23 HRC
Fecha de calibración: 2024-11

PATRONES DE REFERENCIA :MESS

Item Calibrado

ITEM DEL CLIENTE

Vigencia : Hasta la vida útil del patrón

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:

Ing. Daniel Aaron Olvera Guerrero

Revisó:

Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:

Ing. Fabián Meléndez Acevedo



Fecha de revisión: 2025-03-21