

Patrón Nacional del:
NIST

PATRÓN PRIMARIOS: NIST

Standardized Laboratory Machines
No.Serie: LAB 214
Calibrado por BUEHLER con acreditación:
a2La #2237.01

Standardized Laboratory Machines
No.Serie: NAM7
Calibrado por BUEHLER con acreditación:
a2La #2237.01

PATRONES DE REFERENCIA :David
Ellis/BUEHLER

Patrón de dureza 67.91 HRC
ID: MESS-P-HRCA-009

Marca: BUEHLER
Modelo: 9203201
No. de serie: 22W41552
Certificado de calibración BUEHLER:
22W41552
Alcance calibrado: 67.91 HRC
Incertidumbre: U= 0.18 HRC
Fecha de calibración: 2023-02

Patrón de dureza 63.86 HRC
ID: MESS-P-HRCA-008

Marca: BUEHLER
Modelo: 9203191
No. de serie: 22W45614
Certificado de calibración BUEHLER:
22W45614
Alcance calibrado: 63.86 HRC
Incertidumbre: U= 0.17 HRC
Fecha de calibración: 2023-01

Patrón de dureza 62.06
ID: MESS-P-HRCA-007

Marca: BUEHLER
Modelo: 9203181
No. de serie: 22W44520
Certificado de calibración BUEHLER:
22W44520
Alcance calibrado: 62.06 HRC
Incertidumbre: U= 0.17 HRC
Fecha de calibración: 2023-01

Patrón de dureza 66.58 HRC
ID: MESS-P-HRCA-011

Marca: BUEHLER
Modelo: 9203201
No. de serie: 23W59094
Certificado de calibración David Ellis:
23W59094
Alcance calibrado: 66.58 HRC
Incertidumbre: U= 0.20 HRC
Fecha de calibración: 2024-06

Patrón de dureza 66.63 HRC
ID: MESS-P-HRCA-012

Marca: BUEHLER
Modelo: 9203201
No. de serie: 23W59080
Certificado de calibración David Ellis:
23W59080
Alcance calibrado: 66.63 HRC
Incertidumbre: U= 0.21 HRC
Fecha de calibración: 2024-06

PATRONES DE REFERENCIA :MESS

Item Calibrado

ITEM DEL CLIENTE

Vigencia : Hasta la vida útil del patrón

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:

lp

Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Revisó:

MP

Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:

HL

Ing.Hector Julian Losoyo Vega



Fecha de revisión: 2024-01-02