

**Patrón Nacional del:
NIST**

PATRÓN PRIMARIO: NIST

United Load Cell
No.Serie:F30686
United STM-HB-2000A,TB II
Stage Micrometer #0024 in 0-7 mm
Certificado de calibración NIST:
821/264390-00
Thomson Precision Ball 1,2,5,10 mm
Calibrado por David Ellis con acreditación:
NVLAP.Lab code:200127-0

Standardized Laboratory Machines
No.Serie:LAB 218
Calibrado por BUEHLER con acreditación:
a2La #2237.01

PATRONES DE REFERENCIA : BUEHLER/David Ellis

Patrón de dureza 119 HBW 10/500
ID: MESS-P-HBWA-004
Marca: David Ellis
Modelo: S/R
No. de serie:0315083
Certificado de calibración David Ellis:
0315083
Alcance calibrado: 119 HBW 10/500
Incertidumbre: U=1.5 HBW 10/500
Fecha de calibración:2021-03

Patrón de dureza 101 HBW 10/500
ID: MESS-P-HBWM-004
Marca: David Ellis
Modelo: S/R
No. de serie:0408038
Certificado de calibración David Ellis:
0408038
Alcance calibrado: 101 HBW 10/500
Incertidumbre: U=1.2 HBW 10/500
Fecha de calibración:2021-03

Patrón de dureza 74.7 HBW 10/500
ID: MESS-P-HBWB-004
Marca: BUEHLER
Modelo: WHSPECBRIN
No. de serie:231164
Certificado de calibración BUEHLER:
231164
Alcance calibrado: 74.7 HBW 10/500
Incertidumbre: U=1.8 HBW 10/500
Fecha de calibración:2021-03

PATRONES DE REFERENCIA : MESS

Item Calibrado

ITEM DEL CLIENTE

Vigencia : Hasta la vida útil del patrón

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing.Hector Julian Losoyo Vega



Fecha de revisión: 2024-03-15

Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. y MESS S.C Acceso III, No. 16A,Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro. Tel. 01 (442) 1 96 49 38.

Prohibida la reproducción parcial o total del presente documento sin la autorización correspondiente.