

Patrón Nacional del:
NIST

PATRÓN PRIMARIOS: NIST

Standardized Laboratory Machines
No. Serie: LAB 216
Calibrado por BUEHLER con acreditación:
a2La #2237.01

PATRONES DE REFERENCIA : BUEHLER

Patrón de dureza 95.46 HRB
ID: MESS-P-HRBA-003

Marca: BUEHLER
Modelo: 9202100W
No. de serie: 22W44816
Certificado de calibración BUEHLER:
22W44816
Alcance calibrado: 95.46 HRB
Incertidumbre: U= 0.31 HRB
Fecha de calibración: 2023-02

Patrón de dureza 48.35 HRB
ID: MESS-P-HRBB-003

Marca: BUEHLER
Modelo: 9202060W
No. de serie: 22W46470
Certificado de calibración BUEHLER:
22W46470
Alcance calibrado: 48.35 HRB
Incertidumbre: U= 0.46 HRB
Fecha de calibración: 2023-01

Patrón de dureza 72.02 HRB
ID: MESS-P-HRBM-003

Marca: BUEHLER
Modelo: 9202080W
No. de serie: 22W45939
Certificado de calibración BUEHLER:
22W45939
Alcance calibrado: 72.02 HRB
Incertidumbre: U= 0.34 HRB
Fecha de calibración: 2023-02

PATRONES DE REFERENCIA : MESS


Item Calibrado

ITEM DEL CLIENTE

Vigencia : Hasta la vida útil del patrón

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing. Hector Julian Losoyo Vega



Fecha de revisión: 2024-01-02