

Patrón Nacional del:
NIST

PATRÓN PRIMARIO: NIST

Bloques de prueba SRM

No.Serie : 1894A,1896,1909
Calibrado por BUEHLER con acreditación:
a2La #2237.01

PATRÓN DE REFERENCIA: BUEHLER

Patrón de dureza HV
ID: MESS-P-HV-010

Marca: BUEHLER
Modelo: 9300007
No. de serie:23203
Certificado de calibración BUEHLER:
23203
Alcance calibrado:
249 HV 0.5
253 HV 0.1
250 HV 0.2
251 HV 0.3
Incertidumbre:
U= 4.8 HV 0.5
U=5.7 HV 0.1
U=4.8 HV 0.2
U=4.8 HV 0.3
Fecha de calibración:2023-02

Patrón de dureza HV
ID: MESS-P-HV-011

Marca: BUEHLER
Modelo: 9300003
No. de serie:23180
Certificado de calibración BUEHLER:
23180
Alcance calibrado:
624 HV 0.5
648 HV 0.1
646 HV 0.2
639 HV 0.3
Incertidumbre:
U= 9.9 HV 0.5
U=17.0 HV 0.1
U=12.0 HV 0.2
U=11.0 HV 0.3
Fecha de calibración:2023-02

Patrón de dureza HV
ID: MESS-P-HV-012

Marca: BUEHLER
Modelo: 9300005
No. de serie:23179
Certificado de calibración BUEHLER:
23179
Alcance calibrado:
492 HV 0.5
488 HV 0.1
490 HV 0.2
474 HV 0.3
Incertidumbre:
U= 7.3 HV 0.5
U= 13.0 HV 0.1
U= 11.0 HV 0.2
U= 9.3 HV 0.3
Fecha de calibración:2023-02

Patrón de dureza HV
ID: MESS-P-HV-013

Marca: BUEHLER
Modelo: 9300006
No. de serie:22W40652
Certificado de calibración BUEHLER:
22W40652
Alcance calibrado:
203 HV 1
202 HV 5
204 HV 10
204 HV 30
Incertidumbre:
U= 20.5 HV 1
U= 5.5 HV 5
U= 4.0 HV 10
U= 2.5 HV 30
Fecha de calibración:2023-02

Patrón de dureza HV
ID: MESS-P-HV-014

Marca: BUEHLER
Modelo: 9300004
No. de serie:23W48422
Certificado de calibración BUEHLER:
23W48422
Alcance calibrado:
524 HV 1
518 HV 5
516 HV 10
514 HV 30
Incertidumbre:
U= 85.5 HV 1
U= 22.5 HV 5
U= 16.0 HV 10
U= 10.0 HV 30
Fecha de calibración:2023-02

Patrón de dureza HV
ID: MESS-P-HV-015

Marca: BUEHLER
Modelo: 9300002
No. de serie:22W43992
Certificado de calibración BUEHLER:
22W43992
Alcance calibrado:
613 HV 1
595 HV 5
599 HV 10
595 HV 30
Incertidumbre:
U= 108.5 HV 1
U= 27.5 HV 5
U= 20.0 HV 10
U= 12.5 HV 30
Fecha de calibración:2023-02

PATRONES DE REFERENCIA : MESS

Item Calibrado

ITEM DEL CLIENTE

Vigencia : Hasta la vida útil del patrón

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing.Hector Julian Losoyo Vega



Fecha de revisión: 2022-09-20