

Patrón Nacional del:
NIST

PATRÓN PRIMARIO: NIST

Bloques de prueba SRM

No.Serie : 1894A,1896,1909
Calibrado por BUEHLER con acreditación:
a2La #2237.01

PATRÓN DE REFERENCIA: BUEHLER

Patrón de dureza HV
ID: MESS-P-HV-007

Marca: BUEHLER
Modelo: 930005
No. de serie:23202
Certificado de calibración BUEHLER:
23202
Alcance calibrado:
219 HV 0.1
215 HV 0.2
215 HV 0.3
214 HV 0.5
Incertidumbre:
U= 5.3 HV 0.1
U= 4.7 HV 0.2
U=3.3 HV 0.3
U=3.8 HV 0.5
Fecha de calibración:2023-02

Patrón de dureza HV
ID: MESS-P-HV-008

Marca: BUEHLER
Modelo: 930005
No. de serie:23177
Certificado de calibración BUEHLER:
23177
Alcance calibrado:
584 HV 0.1
585 HV 0.2
577 HV 0.3
575 HV 0.5
Incertidumbre:
U= 17.0 HV 0.1
U= 11.0 HV 0.2
U= 9.9 HV 0.3
U= 8.0 HV 0.5
Fecha de calibración:2023-02

Patrón de dureza HV
ID: MESS-P-HV-009

Marca: BUEHLER
Modelo: 930005
No. de serie:23187
Certificado de calibración BUEHLER:
23187
Alcance calibrado:
873 HV 0.1
855 HV 0.2
839 HV 0.3
835 HV 0.5
Incertidumbre:
U= 27.0 HV 0.1
U= 20.0 HV 0.2
U= 15.0 HV 0.3
U= 11.0 HV 0.5
Fecha de calibración:2023-02

PATRONES DE REFERENCIA : MESS

Item Calibrado

ITEM DEL CLIENTE

Vigencia : Hasta la vida útil del patrón

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:

Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Revisó:

Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:

Ing. Juan Pablo Reyes Terán



Fecha de revisión: 2024-08-28