

Patrón Nacional de Resistencia Eléctrica

PATRÓN PRIMARIO: CENAM

Multímetro 8 ½ dígitos
ID: PR-006

Marca: Agilent
Modelo: 3458A
No. de serie: MY45048269
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-410-093/2024
Incertidumbre:
7,5 $\mu\Omega/\Omega$

*PATRONES DE REFERENCIA: CANHEFERN
CALIBRADOS POR: CENAM*

Década de resistencias
ID: MESS-P-DRS-003

Marca: EMIT
Modelo: 50424
Serie: 504242324007
Certificado de Calibración CANHEFERN:
CA-CE-50671-11
Alcance calibrado: 100 k Ω a 1 G Ω
Resistencia eléctrica:
100 k Ω a 1 G Ω
Incertidumbre:
U= Ver certificado
Vigencia: 2026-03

Década de resistencias
ID: MESS-P-DRS-004

Marca: DESCO
Modelo: 07010
Serie: 070102334008
Certificado de Calibración CANHEFERN:
CA-CE-50670-11
Alcance calibrado: 675 k Ω a 120 M Ω
Resistencia eléctrica:
675 k Ω a 825 k Ω
Incertidumbre:
U= Ver certificado
Vigencia: 2026-03

*PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR: CANHEFERN*

Item calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. Daniel Aaron Olvera Guerrero

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing. Adrián De Jesús Castruita Romero



Fecha de revisión: 2025-03-26