

National Physical Laboratory NPL

PATRÓN PRIMARIO: NPL

Multi-Product Calibrator
Modelo: 4010
No. de serie: Y1204J15
Certificado: 46084

Precision 8.5 Digit Multimeter
Modelo: 8091
No. de serie: J1165A13
Certificado: 46147

GPS Frequency Reference
Modelo: 8700
No. de serie: N6003F18
Certificado: 39277

Resistance Standard
Modelo: 300HR
No. de serie: 111842G16
Certificado: 47441
Resistance Standard
Modelo: 300RS
No. de serie: 109796F10
Certificado: CAL260707

AC/DC-100 mA Current Shunt
No. de serie: 112960B20
Certificado: AC-27542
AC/DC-10 mA Current Shunt
No. de serie: 113079G20
Certificado: AC-27993
AC/DC-1mA Current Shunt
No. de serie: 113078G20
Certificado: AC-27992
AC/DC-2A Current Shunt
No. de serie: 112704C19

PATRONES DE REFERENCIA TRASMILLE

Multímetro digital de precisión
ID: MESS-P-MUL-04

Marca: Transmile
Modelo: 8081
No. de serie: N1425A15
Certificado de calibración TRASMILLE:
AC-28569
Alcance Calibrado:
Tensión eléctrica continua: 100.00 mV a 1.00 kV
Tensión eléctrica de corriente alterna: 100 mV a 1.00 kV
Corriente eléctrica continua: 100.00 μ A a 30.00 A
Salida de Tensión: 10.00 V a 300.00 V
Corriente: 10.00 nA a 10.00 μ A
Resistencia electrométrica: 100.00 MOhm a 100.00 GOhm
Frecuencia: 1 Hz a 1 MHz
Termopares tipo K: -140.00 °C a 1340.00 °C
Termopares tipo J: -180.00 °C a 750.00 °C
Termopares tipo T: 0.00 °C a 400.00 °C
Termopares tipo R: 200.00 °C a 1700 °C
PRT(PT100): -100 °C a 400 °C
Vigencia: 2025-04

PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR: TRASMILLE

Item calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. María Guadalupe Suárez Palomino

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing. Adrián De Jesús Castruita Romero



Fecha de revisión: 2022-09-15