

CENAM

CENAM

**Sistema de Transferencia con:
Transductor de fuerza**

Marca: HBM
Modelo: C18/ 2 MN
No. de serie: 00282T07
Certificado de calibración PTB:
PTB 1.21Thi_21091-02
U= 0.05 %L

**Sistema de Transferencia con:
Transductor de fuerza**

Marca: HBM
Modelo: C18/ 5 MN
No. de serie: 00284XJR
Certificado de calibración PTB:
PTB 1.21Wu-210091-01
U= 0.065 %L

*PATRONES DE REFERENCIA CENAM
CALIBRADOS :PTB*

**Celda de carga
ID: MESS-ECCC-500K**

Marca: Honeywell
Modelo: MPB
No. serie : 1835733
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-720-053/2024
Alcance calibrado:
Compresión: 222.41 kN a 2 224.11 kN
Incertidumbre:
Compresión:
U= 0.051 %L a 0.065 %L
Vigencia: 2026-03

*PATRÓN DE REFERENCIA MESS
CALIBRADO POR :CENAM*

Item calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing. Fabián Meléndez Acevedo



Fecha de revisión: 2024-03-26