

CENAM

PATRÓN PRIMARIO :CENAM

**Sistema de Transferencia con:
Trasductor de fuerza**

Marca: HBM
Modelo: C3H2/50T
No. de serie: F85297
Certificado de calibración PTB:
PTB 1.21Wu_21091-04
U= 0.018 %L

*PATRÓN DE REFERENCIA CENAM
CALIBRADO POR : PTB*

**Celda de carga
ID: MESS-ECCC-75K**

Marca: Honeywell
Modelo: UG
No. serie: 1836588
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-720-184/2024
Alcance calibrado:
Tracción: 33.36 kN a 333.62 kN
Compresión: 33.36 kN a 333.62 kN
Incertidumbre:
Tracción:
U= 0.018 %L a 0.040 %L
Compresión:
U= 0.020 %L a 0.039 %L
Vigencia: 2026-07


*PATRÓN DE REFERENCIA MESS
CALIBRADO POR: CENAM*

Item calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U=Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing. Fabián Meléndez Acevedo



Fecha de revisión: 2024-07-30