

Carta de Trazabilidad

MESS-P-BLO-06_5/MESS-P-BLO-10_2

**Patrón Nacional de Longitud
CNM-PNM-2**

PATRÓN PRIMARIO: CENAM



*PATRONES DE REFERENCIA CIE
CALIBRADOS POR: CENAM/PTB*

Juego de bloques patrón (50 mm a 500 mm)
ID: MESS-P-BLO-06_5
 Marca: Feinmess Jena
 Modelo: S/R
 No. de serie: 152270 - 152625 - 16586 - 15493 - 15078 - 15911
 Certificado de calibración CIE: 245061
 Alcance calibrado: 50.0 mm a 500.0 mm
 Incertidumbre: Longitud central >25 mm a 100 mm U= 0.060 µm >100.00 mm a 500.00mm U= (0.04+0.000 8 L)µm; [L]= mm
 Vigencia: 2025-12

Juego de bloques patrón (25 mm a 250 mm)
ID: MESS-P-BLO-10_2
 Marca: Feinmess Jena
 Modelo: S/R
 No. de serie: 186550 - 161685 - 160930 - 152145 - 15984 - 16091 - 14155 - 16623 - 16179
 Certificado de calibración CIE: 245041
 Alcance calibrado: 25.0 mm a 250.0 mm
 Incertidumbre: Longitud central >25 mm a 50 mm U= 0.060 µm >50 mm a 75 mm U= 0.068 µm >75 mm a 100 mm U= 0.086 µm >100 mm a 500 mm U= (0.04+0.000 8 L)µm; [L]= mm
 Vigencia: 2025-12

*PATRONES DE REFERENCIA CIE
CALIBRADOS POR: CIE*

Item calibrado

U= Ver certificado de calibración

ITEM DEL CLIENTE

Elaboró:

 Ing. Daniel Aaron Olvera Guerrero

Revisó:

 Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:

 Ina María Fernanda Espino Torres



Fecha de revisión: 2025-01-17