

Patrón Nacional de Longitud CNM-PNM-2

PATRÓN PRIMARIO :CENAM

Bloques patrón acero

Marca: Mitutoyo
 Certificado de Calibración PTB:
 PTB-5.43-4120755.

Comparador Electromecánico

Marca: Tesa
 Modelo: UPD
 No.Serie: 7Q 01
 Certificado de calibración CENAM:
 CNM-CC-740-003/2024

PATRONES DE REFERENCIA CENAM
 CALIBRADOS POR: CENAM/PTB

Bloque patrón 16 in ID: MESS-P-BLO-19_2

Marca: Mitutoyo
 Modelo: 611224-516
 No. de serie: 180010
 Certificado de calibración CENAM:
 CNM-CC-740-126/2025
 Alcance calibrado:
 16 in (406.4 mm)
 Incertidumbre:
 Longitud Central:
 U= 0.154 µm
 U= (6.06 µin)
 Vigencia: 2026-03

Bloque patrón 20 in ID: MESS-P-BLO-20_2

Marca: Mitutoyo
 Modelo: 611225-516
 No. de serie: 180029
 Certificado de calibración CENAM:
 CNM-CC-740-127/2025
 Alcance calibrado:
 20 in (508 mm)
 Incertidumbre:
 Longitud Central:
 U= 0.199 µm
 U= (7.83 µin)
 Vigencia: 2026-03

PATRONES DE REFERENCIA MESS
 CALIBRADOS POR: CENAM

Item calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U= Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. Daniel Aaron Olvera Guerrero

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing. María Fernanda Espino Torres



Fecha de revisión: 2025-03-25