

**Patrón Nacional de Longitud CENAM:
CNM-PNM-2**

*PATRONES PRIMARIOS:
CENAM*

Interferómetro automático
Marca: NPL-TESA
Modelo: AGI-1-300
No. de serie: 014

Láser estabilizado a 633 nm
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-683/2023

Láser estabilizado a 543 nm
Certificado de Calibración NPL:
2017100320-LL03

*PATRONES DE REFERENCIA CENAM
CALIBRADOS POR: CENAM*

**Juego de bloques patrón grado K
ID: MESS-P-BLO-88**

Marca: Mitutoyo
Modelo: BM3-76-K/YJ
Serie: 1107628
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-258/2024
Alcance calibrado: 1.00 mm a 100.00 mm
Incertidumbre: U= 22 nm a 47 nm
Vigencia: 2025-06

*PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR: CENAM*

Item Calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U= Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. Daniel Aaron Olvera Guerrero

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:



Ing. María Fernanda Espino Torres



Fecha de revisión: 2025-03-31