

**Patrón nacional de longitud CENAM:
CNM-PNM-2**

PATRON PRIMARIO: CENAM

Interferómetro láser

Marca: Agilent
No. de serie: US45220506
Modelo: 5530
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-196/2023

*PATRONES DE REFERENCIA CENAM
CALBRADOS POR: CENAM*

**Calibrador de Indicadores
(I-Checker)
ID: MESS-CIN-03**

Marca: Mitutoyo
Modelo: 170-322-A
No. serie: 108781411
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-294/2024
Alcance calibrado:
0 mm a 25.0 mm
0 mm a 100.0 mm
Incertidumbre:
0 mm a 25.0 mm
 $U = (0.0035 L + 0.08) \mu m$ con L en mm
0 mm a 100.0 mm
 $U = (0.0047 L + 0.09) \mu m$ con L en mm
Vigencia: 2025-06

*PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALBRADOS POR: CENAM*

Item Calibrado

ITEM DEL CLIENTE:

U= Ver certificado de calibración

Elaboró:



Ing. María Guadalupe Suárez Palomino

Revisó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Revisó:



Ing. María Fernanda Espino Torres



Fecha de revisión: 2024-06-27