

Unidad de longitud (CENAM)
CNM-PNM-2

PATRÓN PRIMARIO: CENAM

Sistema de medición angular
Marca: Rank Taylor Hobson,
Modelo: TA48
No. de serie: IP 101

Tambor micrométrico
Marca: Nanson Engineering & Metrology LTD
No. de serie: 1050194
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-342/2021

Sistema de medición angular
Marca: Rank Taylor Hobson,
Modelo: TA48
No. de serie: IP 101
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-118/2024

Tambor micrométrico
Marca: Nanson Engineering & Metrology LTD
No. de serie: 1050194
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-168/2024

PATRÓN DE REFERENCIA CENAM
CALIBRADO POR: CENAM

Niveles electrónicos
ID: MESS-P-NIV-04
Marca: Status Pro
Modelo: plevel
No. de serie: 002710/002747
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-608/2023
Alcance calibrado:
Intervalos cortos : 20 " a 220 " -20 " a -220 "
Intervalos largos: 100" a 1 100 " -100" a -1 100 "
Incertidumbre:
Intervalo cortos U= 0.65 "
Intervalo largo U= 1.01 "
Vigencia: 2026-10

Niveles electrónicos
ID: MESS-P-NIV-06
Marca: Status Pro
Modelo: plevel II
No. de serie: 01068/01074
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-519/2024
Alcance calibrado:
Intervalos negativos : 0 " a -300 "
Intervalos positivos: 0" a 300 "
Incertidumbre:
Intervalo negativo U= 0.2 "
Intervalo positivo U= 0.2 "
Vigencia: 2025-10

PATRÓN DE REFERENCIA MESS
CALIBRADO POR : CENAM

Item calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U= Ver certificado de calibración

Elaboro:

Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Reviso:

Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:

Ing. María Fernanda Espino Torres



Fecha de revisión: 2024-11-05