

**Patrón nacional de longitud CENAM:
CNM-PNM-2**

PATRON PRIMARIO: CENAM

Interferómetro láser
 Marca: Agilent
 Serie: US45220506
 Modelo: 5530
 Certificado de Calibración CENAM:
 CNM-CC-740-105-2025

*PATRONES DE REFERENCIA CENAM
CALIBRADOS POR : CENAM*

**Calibrador de Indicadores (I-Checker)
ID: MESS-CIN-04**

Marca: Mitutoyo
 Modelo: IC2000
 No. serie: 102401812
 Certificado de calibración CENAM:
 CNM-CC-740-115/2025
 Alcance calibrado: 0.00 mm a 100.0 mm
 Incertidumbre:
 0.00 mm a 100.0 mm
 $U = (0.09 + 0.0007 L) \mu\text{m}$ con L en mm
 0.0 mm a 25.0 mm
 $U = (0.09 + 0.0005 L) \mu\text{m}; [L] = \text{mm}$
 Vigencia: 2026-03

*PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR : CENAM*

Item Calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U= Ver certificado de calibración

Revisó:



Ing. Daniel Aaron Olvera Guerrero

Aprobó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Revisó:



Ing. Juan Gerardo Delgado Méndez .



Fecha de revisión: 2025-03-19