

**Patrón nacional de longitud CENAM:
CNM-PNM-2**

*PATRON PRIMARIO:
CENAM*

Mestro medidor de alturas
No.Serie: 600361708
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-018/2020

*PATRONES DE REFERENCIA CENAM
CALIBRADOS POR: CENAM*

**Depth Micro Checker (0 mm a 300 mm)
ID: MESS-P-DMC-01**

Marca: Mitutoyo
Modelo: CD-300
No. serie: 1600025
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-030/2022
Alcance calibrado: 0.00 mm a 300.00 mm
Incertidumbre:
 $U = (0.001 + 2 \times 10^{-6} L) \text{ mm con } L \text{ en mm}$
Vigencia: 2024-01

*PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR :CENAM*

Item Calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U= Ver certificado de calibración

Revisó:



Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Aprobó:



Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Revisó:



Ing. Juan Gerardo Delgado Méndez .



Fecha de revisión: 2022-12-07